Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	**Sala 1**				
1	1.1	Gravador Médico (1) (Equipamento de Referência: HVO-3300MT da marca Sony ou equivalente), com as seguintes características: 2D/3D com Full HD; Gravação em 2D/3D simultaneamente; Gravações simultâneas através de dois canais distintos, com possibilidade de utilizar worklist DICOM; Disco rígido e gravador DVD/Blu-ray, assim como um conector para memória/disco rígido USB; Conexão em rede ao servidor, livestreaming; Gravação simultânea de vídeo e fotografias em diferentes suportes. Utilização do ecrã táctil para gestão do gravador; Pedal para gravação à distância; Entrada para PictureInPicture; Saída de impressora; Comando de controlo à distância, incluindo Prime Support da mesma marca, ou equivalente, por 2 anos; Cumprimento de normativa médica para blocos operatórios.	UN	1	0	0,00
2	1.2	Ecrã Médico (1), (Equipamento de Referência: ref. MWE-24WMW da Sony ou equivalente), com as seguintes características: Táctil de 24 formato 16:9, compatível com o gravador médico da alínea anterior.	UN	1	0	0,00
3	1.3	Carro com rodas (1), (Equipamento de Referência: ref. SuperEasyCart da Sony ou equivalente), com as seguintes características: Compatível com o gravador e ecrã médico referidos nas alíneas anteriores; Incluir carrying handle , duas prateleiras e um suporte para o ecrã táctil.	UN	1	0	0,00
	1.4	**Câmara médica (1), (Equipamento de Referência: ref. AVCCAM4K_Kit03 da Panasonic ou equivalente), com as seguintes características:** **Gravação 4K UHD (3840x2160);** **Zoom 20x;** **Gravação de vídeo em cartão de memória com display de visualização;** **Saídas HD-SDI, HDMI, LAN. IP. Streaming/IPControl;** **Incluir cabo de 3m entre a câmara e o controlador.** **Cumprimento de normativa médica, para blocos operatórios.**				
	1.5	**Braço articulado rodado (1), (Equipamento de Referência: ref. S-ARM da Panasonic ou equivalente), com as seguintes características:** **Encaixe para câmara;** **SurgiCam/AVCCAM;** **Cabo de alimentação interior;** **Ajuste sensibilidade do braço;** **Mangas removíveis e esterilizáveis.**				
	2	**Sala 2**				

4	2.1	Divisor de raios, com saída dupla (1), (Equipamento de Referência: ref. Beamsplitter DP da Sony ou equivalente).	UN	1	0	0,00
5	2.2	Adaptador (1), (Equipamento de Referência: ref. CouplerZoom1 da Sony ou equivalente), com as seguintes características: Zoom F40-F80; Rosca C ; Incorporação diafragma, microfoco e ajuste X-Y.	UN	1	0	0,00
6	2.3	Minicâmara Médica (1), (Equipamento de Referência: ref. MCC-1000MDKit10 da Sony ou equivalente), com as seguintes características: 3CMOS 1/3 (Full HD 1080p); Rosca C ; Unidade de controlo com saídas 3G-SDI, HDMI, S-Vídeo, Vídeo-BNC e 3D Sync. Inversão da imagem e congelação; Controlo de brilho; Inclui cabo de 10m desde a câmara ao controlador; Cumprir a normativa médica para blocos operatórios; Incluir Prime Support (Garantia de 2 anos com entrega e recolha no hospital).	UN	1	0	0,00
7	2.4	Gravador Médico (1), (Equipamento de Referência: ref. UR-4MD da marca TEAC ou equivalente), com as seguintes características: Full HD (1080i) para fotografia e vídeo; Ecrã integrado de 3.5 polegadas; Gravação simultaneamente no disco rígido interno de 500 GB, memória USB externa ou servidor de rede informática; Entradas e saídas 3G/HD-SDI, DVI-D, S-Vídeo, Vídeo Áudio; Permissão de controlo à distância com pedal (opcional); Opção de Worklists/DICOM. Cumprir a normativa médica para blocos operatórios.	UN	1	0	0,00
8	2.5	Opção de DICOM (1) para Gravador Médico com as características na alínea anterior.	UN	1	0	0,00
	3	**Sala 3**				
9	3.1	Adaptador (1), (Equipamento de Referência: ref. CouplerZoom1 da Sony ou equivalente), com as seguintes características: Zoom F40-F80. Rosca C ; Incorporar diafragma, microfoco e ajuste X-Y.	UN	1	0	0,00
10	3.2	Minicâmara Médica (1), (Equipamento de Referência: ref. MCC-1000MDKit10 ou equivalente), com as seguintes características: 3CMOS 1/3 (Full HD 1080p); Rosca C ; Unidade de controlo com saídas 3G-SDI, HDMI, S-Vídeo, Vídeo-BNC e 3D Sync; Inversão da imagem e congelação; Controlo de brilho; Inclui cabo de 10m desde a câmara ao controlador Cumprir a normativa médica para blocos operatórios. Incluir Prime Support (Garantia de 2 anos com entrega e recolha no hospital).	UN	1	0	0,00

11	3.3	Gravador médico (1), (Equipamento de Referência: ref. UR-4MD da marca TEAC ou equivalente), com as seguintes características: FullHD (1080i) para fotografia e vídeo; Incorporar ecrã integrado de 3.5 polegadas; Gravação simultanea no disco rígido interno de 500GB, memória USB externa ou servidor de rede informática; Entradas e saídas 3G/HD-SDI, DVI-D, S-Vídeo, Vídeo, Áudio. Controlo à distância com pedal; Opção de Worklists/DICOM. Cumprir a normativa médica para blocos operatórios	UN	1	0	0,00
12	3.4	Opção de DICOM (1) para Gravador médico, com as características na alínea anterior.	UN	1	0	0,00
					Total	**0,00**