SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
Direção Regional da Saúde
UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA TERCEIRA

AJUSTE DIRETO N.º PRC 66/2020 - Aquisição de Mobiliário Hospitalar

CADERNO DE ENCARGOS

1. Objeto da contratação

Aquisição de Mobiliário Hospitalar e de apoio

2. Preço Base

O preço contratual total para as quantidades indicadas ([1]) não deverá exceder o montante de 16 380,00€ (dezasseis mil trezentos e oitenta euros) ,ao qual será acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

3. Especificações Técnicas

Os bens, objeto da contratação, devem obedecer às normas e homologações técnicas nacionais e internacionais em vigor na União Europeia, ao respeito pelas boas práticas e critérios ambientais, com como às exigências de desempenho e funcionais, decorrentes da descrição efetuada no quadro apenso ao presente documento([2]).

4. Aspetos essenciais da execução do contrato

4.1 Prazo de entrega

O prazo de entrega deverá ser de 30 dias a contar da data de receção, pelo adjudicatário, da Nota de Encomenda.

4.2 Faturação

A emissão da fatura deverá ocorrer até 5 dias após a entrega dos bens.

4.3 Local de entrega

A identificar pelo adjudicante.

[1] Nos termos do artigo 47.º do CCP.

[2] Cf. art.º 49.º do Código dos Contratos Públicos

Descrição de material	Qt.	Especificações Técnicas
Candeeiro de luz fria em suporte rodado	8	Sistema de iluminação: LED Braço: Mín 72 cm (flexível) Intensidade uminosa: 20.000 Lux (50cm) Tonalidade de cor fria: 5.500 K Tempo de vida util: 50.000 h Suporte: Rodado (5 rodízios)
Carro de pensos	4	Estrutura: Aço inox Composição: Tampo, 1 gavetes sob o tampo e 3 prateleiras. Rodízios: 4 unidades
Divã de observação / marquesa com sistema hidráulico para adultos e crianças (com subida até à altura de 0,90m) / marquesa ginecológica elétrica (saúde da mulher)*	2	Estrutura: Tubo em aço pintado/ inox polido Acabamento textil: Napa Controlo de altura: Sistema elétrico (comando de mão)
Divã de observação / marquesa com sistema hidráulico para adultos e crianças (com subida até à altura de 0,90m)	6	Estrutura: Tubo em aço pintado/ inox polido Acabamento textil: Napa
Mesa rodada de apoio a exames	4	Estrutura: Aço inox Caracteristicas: 1 gaveta inox/prateleira superior em aço inox (bandeja)/prateleira inferior de superfície lisa inox Rodízios giratórios: 4 unidades
Mesa rodada de apoio a tratamentos	4	Estrutura: Aço inox Caracteristicas: 2 gaveta inox/prateleira superior em aço inox (bandeja)/prateleira inferior de superficie lisa inox Rodízos giratórios: 4 unidades
Banco rodado altura regulável com apoio lombar	8	Estrutura: Aço pintado Cor: Azul Diâmetro minímo do assento: 30 cm Material de assento: Napa Apoio lombar: Sim Rodízios: 5 unidades
Cortina separável ignifugável (completa)	8	Braço elescópico dobrável com cortina ignifugável Comprimento: 210 cm Tecido: Vinil (Classe M1) Cor: Branca Altura máx: 180 cm Altura Mín: 140 cm
Balde inox para resíduos do grupo 1 e 2	4	Capacidade: 12 L
Balde inox para resíduos do grupo 3	4	Capacidade: 12 L