Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Aquisição de medidores de pH para os Laboratórios do Departamento de Química, de acordo com as Cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos**		
1	1.1	Medidor de pH de bancada, modelo Bante 210, ou euqivalente: pH: -1.000 a 15.00pH (+-0.01pH) mV: - 1999 a 1999, V (+-0.2mV) Acessórios: Elétrodo de pH Sonda de temperatura Tampão de pH: 4,01; 7,00 e 10,01	UN	3