ANEXO IV

Critérios de adjudicação

1. Fator preço 35%

Preço base	155 000,00 €
Preço proposto	
Pontuação com ponderação 35%	

2. Fator caraterísticas técnicas 40%

	Dados da empresa	**Pontos**	**Indique página da proposta ou catalogo**
a. Detetor de imagem			
b. Capacidade de dissipação da térmica da ampola			
c. Matriz de aquisição			
d. Dimensão do pixel			
e. Detetor de tecnologia CMOS com cintilador de Iodeto de Césio			
f. Pedal e pêra sem fios, além do comando sem fios			
g. Movimento orbital			
h. Espaço livre			
i. Trolley com monitores			
j. Possuir câmara de medição de dose para o cálculo da dose de acordo com a legislação em vigor			
k. Controlo de dose independente do posicionamento do objeto sobre o intensificador, o controle automático de exposição cobre todo o intensificador de imagem			
Pontuação com a ponderação 40%		0,00%	

3. Fator garantia **25%**

Anos	Pontos
Pontuação com ponderação 25%	

Pontuação final	**0,00%**