Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Conjunto de 12 - Oxitop-i para determinação de CBO5Oxitop-i para determinação de CBO5: Refª 705-1153 ou equivalente 6 cabeças azuis + 6 cabeças cinza Definição de duração de ensaio de 1 a 7 dias Possibilidade de leitura direta de CBO Possibilidade de pré-seleção de volume LCD gráfico retroiluminado Apresentação da curva no visor Gama de pressão: 500-1250 hPa Gama de trabalho: 0 a 4000 mg/L	vg	1

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
Telef. 228340500 / Fax.
www.isep.ipp.pt