

Núcleo de Instalações e Equipamentos

MEMÓRIA DESCRITIVA – LOTE 4

Serve a presente Memória Descritiva para a apresentação de propostas para a aquisição de Trolley de aquecimento para a Unidade Medicina Reprodução do SESARAM, EPERAM.

1. Trolley com mesa de aquecimento (1 unidade) com as seguintes características mínimas:

- 1.1. Deverá ter capacidade para manter a temperatura ideal de tubos de ensaio, cateteres e instrumentos;
- 1.2. Deverá possuir ajuste elétrico com pedal;
- 1.3. Deverá possuir fonte de alimentação central para todas as ferramentas, sem necessidade cabos pelo exterior;
- 1.4. Superfície de alumínio anodizado aquecido ou equivalente e uma gaveta aquecida;
- 1.5. Dimensões da mesa deverá ser aproximadamente: 700x600 mm;
- 1.6. Altura deverá ser ajustada entre 750 a 900 mm (mínima) e 1100 a 1300 mm (máxima);
- 1.7. O peso não deverá ultrapassar o 60 kg;
- 1.8. Deverá possuir display que deverá indicar a temperatura da mesa;
- 1.9. Deverá possuir 4 rodízios com pelo menos 2 com travões;

A. Garantia e manutenção

Deverá ter garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico.

B. Remoção dos resíduos da instalação

Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.

Nota: Nos termos do n.º 9, do artigo 49º, do Código dos Contratos Públicos, todas as referências a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nesta peça processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção "tipo ou equivalente".