

Núcleo de Instalações e Equipamentos

MEMÓRIA DESCRITIVA – LOTE 3

Serve a presente Memória Descritiva para a apresentação de propostas para a aquisição de seladora de palhetas para a Unidade Medicina Reprodução do SESARAM, EPERAM.

1. **Seladora de palhetas (1 unidade)** com as seguintes características mínimas:
 - 1.1. Deverá ser um adequado para funcionamento em laboratórios;
 - 1.2. Deverá possuir sistema de vedação com pulso térmico para vedação impermeável tubos de resina;
 - 1.3. Deverá ser operado eletronicamente;
 - 1.4. Selador com unidade tubos com bloco de solda removível;
 - 1.5. Deverá funcionar 230 VAC a 50 Hz;
2. **Impressora de etiquetas (1 unidade)** deverá funcionar com capacidade térmica e deverá ser portátil:
 - 2.1. Deverá ser fornecido o respetivo transformador;
 - 2.2. Deverá ser fornecido estofo adequado para a impressora;

A. Garantia e manutenção

Deverá ter garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico.

B. Remoção dos resíduos da instalação

Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.

Nota: Nos termos do n.º 9, do artigo 49º, do Código dos Contratos Públicos, todas as referências a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nesta peça processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção "tipo ou equivalente".