Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Local de entrega
1	1	Aquisição de um Espectrofotómetro de Fluorescência, com as seguintes carecterísticas: - Fonte de luz: lâmpada de xénon CW 150 Watts, em compartimento auto-deozonizante; - Monocromadores com retícula de difração côncava corrigida para aberrações de, pelo menos, 900 linhas/mm; - Gama de comprimentos de onda dos monocromadores de 220 a 730 nm; - Fendas dos monocromadores (Ex e Em): largura de banda desde 2,5 nm até 20 nm; - Detector: fotomultiplicador; - Razão sinal/ruído igual ou superior a 800 (RMS) para o pico da banda de Raman da água (fenda de 5 nm, excitação a 350 nm e resposta de 2 segundos); - Comunicação com computador de controlo por interface USB; - Inclusão de software para controlo a partir de computador. As eventuais referências a marcas ou modelos são apresentadas a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo ou equivalente.	UN	1	Laboratório Pedagógico 2.3 do DCV, 2º Piso, Edifício do Departamento de Química, Rua Larga, Pólo I da Universidade de Coimbra, 3004-535 Coimbra