

ANEXO IV			
Lote 1			
Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1. 4 (quatro) frigoríficos de fármacos (temperatura 2° C a 15°C) com as seguintes características:			
1.1. Capacidade aproximada 200 l;			
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,60 x (profundidade) 0,65 x (altura) 1,5 m;			
1.3. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;			
1.4. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15 °C;			
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4 °C, por uma entidade acreditada pelo IPAC;			
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3";			
1.7. Luz interior LED, comandada pela abertura da porta;			
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;			
1.9. Mostrador ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;			
1.10. Bateria de backup;			
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;			
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento;			
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente;			
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;			
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;			
1.16. Deverá ser de uma só porta e deverá ser no mínimo em vidro duplo anti embaciamento;			
1.17. Deverá vir equipado com pelo menos 4 prateleiras;			
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;			
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;			
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;			
2. Garantia e manutenção			
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.			
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.			
3. Instalação, testes de aceitação			
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.			
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.			
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual.			
4. Formação			
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;			
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.			
5. Remoção dos resíduos da instalação			
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.			
Critérios	12 980,00 €	Preço	Pontos c/ponderação
1. Fator Preço	40%		
2. Caraterísticas técnicas	40%		
	Resposta	Página catalogo/proposta	Pontos
a. Porta			
b. Tamanho ecrã LCD			
c. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros).			
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas técnicas			0,00%
3. Prazo de garantia 20%			
Total com ponderação de 20% de garantia			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
Pontuação total			0,00%

Lote 2

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1. 2 (dois) frigoríficos de fármacos (temperatura 2° C a 15 °C) com as seguintes caraterísticas:			
1.1. Capacidade aproximada 500 l;			
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,70 x (profundidade) 0,75 x (altura) 2,1 m;			
1.3. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;			
1.4. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15 °C;			
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4 °C, por uma entidade acreditada pelo IPAC;			
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;			
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;			
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;			
1.9. Mostrador ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”, com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;			
1.10. Bateria de backup;			
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;			
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento;			
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente;			
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;			
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;			
1.16. Deverá ser de uma só porta e deverá ser no mínimo em vidro duplo anti embaciamento;			
1.17. Deverá vir equipado com pelo menos 5 prateleiras;			
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;			
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;			
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;			
2. Garantia e manutenção			
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.			
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.			
3. Instalação, testes de aceitação			
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.			
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.			
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual			
4. Formação			
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;			
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.			
5. Remoção dos resíduos da instalação			
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.			
Critérios	8 888,00 €	Preço	Pontos c/ponderação
1. Fator Preço	40%		
2. Caraterísticas técnicas	40%		
	Resposta	Página catalogo/proposta	Pontos
a. Porta			
b. Tamanho do ecrã LCD			
c. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros).			
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas			0,00%
3. Prazo de garantia 20%			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catálogo/proposta
Total com ponderação de 20% de garantia			
Pontuação total			0,00%

Lote 3

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catálogo/proposta
1. 1 (um) frigorífico de fármacos (temperatura 2° C a 15 °C) com as seguintes características:			
1.1. Capacidade aproximada 1400 l;			
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 1,45 x (profundidade) 0,80 x (altura) 2,1 m;			
1.3. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;			
1.4. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15°C;			
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4 °C, por uma entidade acreditada pelo IPAC;			
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3";			
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;			
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;			
1.9. Mostrador ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;			
1.10. Bateria de backup;			
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;			
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento.			
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente.			
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador.			
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;			
1.16. Deverá ser composto por duas portas, no mínimo em vidro duplo anti embaciamento;			
1.17. Deverá vir equipado com pelo menos 14 prateleiras;			
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;			
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;			
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;			
2. Garantia e manutenção			
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.			
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.			
3. Instalação, testes de aceitação			
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.			
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.			
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual			
4. Formação			
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;			
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.			
5. Remoção dos resíduos da instalação			
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.			
Critérios	6 432,50 €	Preço	Pontos c/ponderação
1. Fator Preço	40%		
2. Caraterísticas técnicas	40%		
	Resposta	Página catalogo/proposta	Pontos
a. Porta			
b. Tamanho do ecrã LCD			
c. Capacidade de armazenamento			
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas			0,00%

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
3. Prazo de garantia 20%			
Total com ponderação de 20% de garantia			
Pontuação total			0,00%

Lote 4

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1. 1 (uma) Arca congeladora (temperatura -15° C a -25 °C) com as seguintes caraterísticas:			
1.1. Capacidade aproximada 650 l;			
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,75 x (profundidade) 0,85 x (altura) 2,1 m;			
1.3. Deverá ser refrigerada por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;			
1.4. Deverá ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de -15 a -20°C;			
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte -20°C, por uma entidade acreditada pelo IPAC;			
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3";			
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;			
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;			
1.9. Mostrador ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;			
1.10. Bateria de backup;			
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;			
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento.			
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente.			
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;			
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;			
1.16. Deverá vir equipado com pelo menos 7 prateleiras;			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1.17. Deverá possuir termostato eletrônico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;			
1.18. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;			
1.19. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;			
1.20. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 12 horas, sem alimentação elétrica;			
2. Garantia e manutenção			
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.			
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.			
3. Instalação, testes de aceitação			
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.			
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controle de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.			
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual			
4. Formação			
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;			
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.			
5. Remoção dos resíduos da instalação			
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.			
Critérios	4 966,00 €	Preço	Pontos c/ponderação
1. Fator Preço	40%		
	40%		
2. Caraterísticas técnicas	Resposta	Página catalogo/proposta	Pontos

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catálogo/proposta
a. Tamanho do ecrã LCD			
b. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros).			
Total com ponderação de 40% fator características			0,00%
3. Prazo de garantia 20%			
Total com ponderação de 20% de garantia			
Pontuação total			0,00%

Lote 5

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catálogo/proposta
1. 2 (duas) arcas congeladoras (temperatura -15° C a -25 °C) com as seguintes características:			
1.1. Capacidade aproximada 250 l;			
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,60 x (profundidade) 0,65 x (altura) 1,65 m;			
1.3. Deverá ser refrigerada por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;			
1.4. Deverá ter possibilidade de funcionamento no intervalo de -15 a -25°C;			
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte - 20°C, por uma entidade acreditada pelo IPAC;			
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;			
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;			
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;			
1.9. Mostrador ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”, com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;			
1.10. Bateria de backup;			
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;			
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento;			
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente;			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;			
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;			
1.16. Deverá ser de uma só porta;			
1.17. Deverá vir equipado com 4 prateleiras;			
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;			
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;			
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;			
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica.			
2. Garantia e manutenção			
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.			
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.			
3. Instalação, testes de aceitação			
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.			
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.			
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual.			
4. Formação			
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;			
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.			
5. Remoção dos resíduos da instalação			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.			
Critérios	3 304,00 €	Preço	Pontos c/ponderação
1. Fator Preço	40%		
2. Caraterísticas técnicas	40%		
	Resposta	Página catalogo/proposta	Pontos
a. Tamanho do ecrã LCD			
b. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros).			
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas			0,00%
3. Prazo de garantia 20%			
Total com ponderação de 20% de garantia			
Pontuação total			0,00%

Lote 6

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1. 2 (dois) frigoríficos combinados de fármacos (temperatura 2°C/15°C; -15°C/-24°C) com as seguintes caraterísticas:			
1.1. Capacidade aproximada 150 l/150l;			
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,60 x (profundidade) 0,65 x (altura) 2,0 m;			
1.3. Isolamento em poliuretano injetado com espessuras entre 50-70mm;			
1.4. Deverá possuir luz LED interna com possibilidade de ajuste do brilho;			
1.5. Deverá possuir alarmes sonoros e luminosos aquando de variações significativas da temperatura, falhas na rede elétrica, entre outros;			
1.6. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;			
1.7. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15°C/ -15 a -20°C;			
1.8. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4°C para o frigorífico e -20°C, por uma entidade acreditada pelo IPAC;			
1.9. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3";			
1.10. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
1.11. Mostrador ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;			
1.12. Bateria de backup;			
1.13. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;			
1.14. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento.			
1.15. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente.			
1.16. Porta USB para passagem dos registos para o Computador.			
1.17. A estrutura deverá ser em aço inox;			
1.18. Deverá vir equipado com prateleiras, pelo menos duas em cada uma das divisões;			
1.19. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;			
1.20. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;			
1.21. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;			
1.22. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;			
2. Garantia e manutenção			
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.			
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.			
3. Instalação, testes de aceitação			
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.			
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.			
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual			
4. Formação			

Anexo IV	Possui	Dados	Página do catalogo/proposta
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;			
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.			
5. Remoção dos resíduos da instalação			
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.			
Critérios	5 069,00 €	Preço	Pontos c/ponderação
1. Fator Preço	40%		
2. Caraterísticas técnicas	40%		
	Resposta	Página catalogo/proposta	Pontos
a. Porta			
b. Ecrã LCD			
c. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros).			
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas			0,00%
3. Prazo de garantia 20%			
Total com ponderação de 20% de garantia			
Pontuação total			0,00%