ANEXO V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TESTES E EQUIPAMENTO PARA HEMOCULTURAS COM INCUBAÇÃO E MONITORIZAÇÃO CONTINUA	**SIM/ NÃO (página)**
Colocação de equipamento necessário à incubação e monitorização contínua, automatizada de Hemoculturas.	
Equipamento/s novo/s, sem qualquer tipo de utilização prévia.	
Tecnologia de Resinas, para maior eficácia na remoção dos agentes antimicrobianos, visualização mais evidente do GRAM e menor tempo de detecção da positividade.	
Metodologia de detecção automática crescimento bacteriano	
Apresentação em Frascos de plástico	
Capacidade total igual ou superior a 300 frascos por equipamento em simultâneo	
Possibilidade de ajustar o Tempo de incubação.	
Possibilidade de consultar o estádio de crescimento (gráfico) em cada frasco e em qualquer momento.	
Identificação de frascos com códigos de barras incorporados.	
Disponibilidade de frascos para aeróbios-adultos (Pos.1), aeróbios-pediátricos (Pos.2), anaeróbios (Pos.3).	
Pos.4 - Possibilidade de responder com frasco não específico, tipo frasco de aeróbio, desde que esteja garantida a detecção de fungos leveduriformes até 14 dias de incubação.	
- Posição 5 - HEMOCULTURAS DIVERSAS, inclui a possibilidade de fornecimento de todos os tipos de frascos de hemocultura colocados a concurso, frascos de hemocultura aeróbios-adultos, aeróbios-pediátricos e anaeróbios.	
Algoritmos de positividade para as diferentes fases do crescimento bacteriano	
- Sistema compatível com o sistema de colheita implementado no SESARAM (BD Vacutainer - BECTON DICKINSON PORTUGAL UNIPESSOAL LDA), que permita a inoculação directa de amostra no frasco de hemocultura.	
- Ligação “on-line” bidireccional, compatível com o Sistema Informático do Laboratório (Modulab Gold), que deverá ser integralmente assegurada pelo concorrente, assumindo os inerentes encargos.	
- Dispositivos com prazo de validade alargado, que deverá ser no mínimo de 6 meses, no momento da recepção, excepto naqueles que pelas suas caraterísticas	

particulares necessitem de um período de validade diferente que deverá ser devidamente justificado pelo fornecedor. Todos os artigos que não possam ser utilizados dentro da validade, deverão ser repostos, com a validade adequada.	
Formação e acompanhamento técnico durante a vigência do contrato	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	
O concorrente obriga-se a disponibilizar Assistência técnica preventiva, programada e correctiva dos equipamentos, devendo dar resposta imediata e apoio técnico sempre que solicitado.	
Tempo de resposta em situação de avaria – até 24Horas, a contar da data da comunicação.	
Em caso de avaria persistente, o adjudicatário deverá proceder à substituição do equipamento por outro idêntico, com Tempo máximo de reposição da actividade normal até 72 Horas.	
Deve ainda apresentar os relatórios das intervenções efectuadas nos equipamentos, garantindo o cumprimento de exigências associadas a sistemas normativos de gestão da qualidade.	
Programa mínimo de manutenção preventiva – 1 vez por ano.	
A manutenção preventiva remota (quando aplicável) deve ser objeto de proposta, incluindo as condições técnicas necessárias à sua realização e respeitando sempre as normas em vigor.	
Deve estabelecer e facultar o plano de manutenção preventiva anual.	
Todos os encargos decorrentes da assistência técnica dos equipamentos, deverão ser da responsabilidade do adjudicatário.	
PRAZO DE ENTREGA	
- Dos Reagentes: até 5 (cinco) Dias úteis, contados a partir da data de recepção da Nota de Encomenda.	
Do Equipamento: até 25 (vinte e cinco) Dias úteis contados a partir da data de assinatura do contrato	
PRAZO PARA A INSTALAÇÃO E FORMAÇÃO: até 10 (dez) Dias úteis após entrega dos equipamentos.	