Ministério da Defesa Nacional

Estado-Maior General das Forças Armadas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

CADERNO DE ENCARGOS

NPD: 2022003870 – Aquisição de Dispositivos Médicos diversos para o Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto

PROCEDIMENTO: Concurso Público nos termos da al. b) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP

DESPACHO DE APROVAÇÃO:

Aprovo, ao abrigo do Despacho n.º 950/2022, de 11 de janeiro de 2022 de S. Exª o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, publicado no D.R., 2.ª Série n.º 17 de 25 de janeiro de 2022, conjugado com os artigos 36.º, 38.º e 40.º do CCP.

O Diretor do Hospital das Forças Armadas,

[redacted]

Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro
COM

Índice

Cláusula 1.ª Objeto 4
Cláusula 2.ª Local de entrega 4
Cláusula 3.ª Prazo de vigência 4
Cláusula 4.ª Requisitos de entrega dos produtos 4
Cláusula 5.ª Preço Base 5
Cláusula 6.ª Condições de pagamento 6
Cláusula 7.ª Contrato 6
Cláusula 8.ª Obrigações do adjudicatário 7
Cláusula 9.ª Garantia 8
Cláusula 10.ª Seguro 8
Cláusula 11.ª Compromisso ambiental 8
Cláusula 12.ª Dever de sigilo 9
Cláusula 13.ª Cessão da posição contratual 10
Cláusula 14.ª Sanções 10
Cláusula 15.ª Casos fortuitos ou de força maior 11
Cláusula 16.ª Responsabilidade das partes 12
Cláusula 17.ª Revisão de preços 12
Cláusula 18.ª Gestor do Contrato 12
Cláusula 19.ª Patentes, licenças e marcas registadas 12
Cláusula 20.ª Resolução do contrato por parte da entidade adjudicante 13
Cláusula 21.ª Resolução do contrato por parte do adjudicatário 13
Cláusula 22.ª Foro competente 14
Cláusula 23.ª Legislação aplicável 14
Cláusula 24.ª Amostras 14
Cláusula 25.ª Quantidades Estimadas 15
Cláusula 26.ª Sistema Anti-Picada 21
Cláusula 27.ª Características gerais comuns 21
Cláusula 28.ª Características específicas dos Lotes 22
Lote 1 - Torneira 3 vias 22
Lote 2 - Adesivo Comum 23
Lote 3 - Compressa Gaze 23
Lote 4 - Ligaduras 25
Lote 5 - Pensos de ação terapêutica 27
Lote 6 - Penso para fixação de Cateter 29
Lote 7 - Penso pós-operatório 30
Lote 8 - Cateteres 30

Lote 9 - Recolha de Urina 31
Lote 10 - Manápulas e toalhetes 32
Lote 11 - Resguardos descartáveis 33
Lote 12 - Máscara de proteção individual 33
Lote 13 - Sistema controlador de Débito e Sistema de Administração de Soro 34
Lote 14 - Batas Esterilizadas 35
Lote 15 - Sutura Absorvível com bactericida 36
Lote 16, 17, 18 e 19 - Suturas 36

PARTE I

Cláusulas Gerais

Cláusula 1.ª

Objeto

1. Constitui objeto do presente procedimento a "Aquisição de dispositivos médicos diversos para o Hospital das Forças Armadas – Polo do Porto", conforme quantidades descritas e identificadas nas cláusulas técnicas do presente Caderno de Encargos.
2. Qualquer referência, nas peças deste procedimento, a fabricantes ou proveniências determinadas, processos de fabrico específicos, marcas, patentes ou modelos e a uma dada origem ou produção, considera-se acompanhada da menção "ou equivalente", num apelo generalizado à concorrência.

Cláusula 2.ª

Local de entrega

A entrega dos bens, objeto do presente procedimento, será efetuada nas instalações do Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, Avenida da Boavista, s/n – 4050-113 Porto.

Cláusula 3.ª

Prazo de vigência

1. O contrato a celebrar tem a duração estimada de 8 (oito) meses, a contar desde a data da sua outorga, cessando os seus efeitos a 31 de dezembro de 2022.
2. Previsivelmente, as quantidades não consumidas pela entidade adjudicante serão requisitadas na sua totalidade até 01 de novembro de 2022, pelo que o adjudicatário deve garantir stock suficiente para fornecimento nessa data.

Cláusula 4.ª

Requisitos de entrega dos produtos

1. As quantidades previstas nas cláusulas técnicas do presente caderno de encargos são quantidades estimadas para consumo pela Entidade Adjudicante até ao final do ano de 2022 pelo que, o fornecimento dos diversos artigos deverá ser feito de forma faseada conforme os pedidos da Farmácia Hospitalar.

2. Os produtos devem ser entregues em embalagens que garantam a adequada proteção, referenciando exteriormente o produto embalado e devidamente rotulado, o prazo de validade, o número de unidades que contém, a marca, o nome do fornecedor, lote, bem como condições especiais de armazenamento.
3. As entregas dos produtos encomendados devem ser acompanhadas de Guia de Remessa em triplicado, na qual se mencionam os números e as datas do pedido de compra, bem como as quantidades e os preços do produto.

Cláusula 5.ª
Preço Base

1. O preço global do procedimento é de **121.700,00 € (cento e vinte e um mil e setecentos euros)** sendo o preço base fixado para cada lote e aquele a que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento dos bens que os constituem, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos.
   a. O preço base do Lote 01 é de **1.200,00€ (mil e duzentos euros).**
   b. O preço base do Lote 02 é de **1.000,00€ (mil euros).**
   c. O preço base do Lote 03 é de **7.000,00€ (sete mil euros).**
   d. O preço base do Lote 04 é de **1.500,00€ (mil e quinhentos euros).**
   e. O preço base do Lote 05 é de **5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros).**
   f. O preço base do Lote 06 é de **1.000,00€ (mil euros).**
   g. O preço base do Lote 07 é de **1.500,00€ (mil e quinhentos euros).**
   h. O preço base do Lote 08 é de **4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros).**
   i. O preço base do Lote 09 é de **1.000,00€ (mil euros).**
   j. O preço base do Lote 10 é de **2.000,00€ (dois mil euros).**
   k. O preço base do Lote 11 é de **5.000,00€ (cinco mil euros).**
   l. O preço base do Lote 12 é de **12.000,00€ (doze mil euros).**
   m. O preço base do Lote 13 é de **3.500,00€ (três mil e quinhentos euros).**
   n. O preço base do Lote 14 é de **16.000,00€ (dezasseis mil euros).**
   o. O preço base do Lote 15 é de **26.000,00€ (vinte e seis mil euros).**
   p. O preço base do Lote 16 é de **2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).**
   q. O preço base do Lote 17 é de **26.000,00€ (vinte e seis mil euros).**
   r. O preço base do Lote 18 é de **2.000,00€ (dois mil euros).**

s. O preço base do Lote 19 é de **2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).**

2. São excluídas as propostas que excedam o preço base referido para cada lote e este inclui todos os custos, encargos, e despesas decorrentes dos requisitos elencados nas Cláusulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, nomeadamente com os custos com a carga, transporte e descarga dos produtos, no local indicado pela entidade adjudicante, para além dos seguros ou quaisquer outras despesas inerentes à sua disponibilização e entrega.

Cláusula 6.ª
Condições de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas após a receção das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de receção respetivo.
3. Os pagamentos são efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da respetiva fatura, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 299.º do CCP.
4. Toda a faturação deve ser remetida ao Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, Avenida da Boavista, s/n – 4050-113 Porto.
5. Deve fazer parte do descritivo das faturas, o número do processo de despesa (NPD), o número do pedido de compra (PC) e respetivo compromisso orçamental, a descrição do processo e o número do contrato.
6. A omissão da informação descrita no número anterior incorre na devolução da fatura.
7. Em caso de discordância quanto aos valores indicados nas faturas, deve o contraente público comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, no prazo de 10 dias.

Cláusula 7.ª
Contrato

1. O contrato a celebrar terá a duração desde a sua outorga até 31 de dezembro de 2022 e obedece:

a. Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante, bem como os seus anexos;
b. Ao Código dos Contratos Públicos (CCP);

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.º 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no art.º 101.º do CCP.
3. Conforme o disposto no n.º 2 do art.º 96.º do CCP, fazem parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito:
    a. Os suprimentos dos erros e omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
    b. Os esclarecimentos e as retificações relativas ao Caderno de Encargos;
    c. O presente Caderno de Encargos;
    d. A proposta adjudicada;
    e. Os esclarecimentos à proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a prevalência é determinada pela ordem qual aí são indicados, conforme n.º 5 do art.º 96.º do CCP.
5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 3 e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos ao conteúdo do contrato propostos pelo órgão competente para a decisão de contratar e aceites pelo adjudicatário.

Cláusula 8.ª
Obrigações do adjudicatário

1. O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios das melhores práticas.
2. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais:
    a. Apresentar os documentos de habilitação a que estão obrigados e exigidos no programa de procedimento;

b. Obrigação de cumprimento de toda a legislação em vigor relativamente ao fornecimento de bens do presente procedimento;
c. Comunicar qualquer situação de:
    i. Impossibilidade temporária de fornecimento de bens;
    ii. Impossibilidade legal de fornecimento de bens;
    iii. Substituição de artigos, se aplicável;
    iv. Descontinuação definitiva de artigos, se aplicável;
d. Não alterar as condições de fornecimento de bens fora dos casos previstos no Caderno de Encargos;
e. Informar de qualquer facto que possa condicionar, total ou parcialmente o cumprimento das obrigações contratuais;

3. O adjudicatário deverá ainda informar a entidade adjudicante dos factos que possam impossibilitar, total ou parcialmente, o cumprimento das obrigações contratuais a que está adstrito e que possam comprometer a boa execução do contrato.

Cláusula 9.ª
Garantia

Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, quando e na parte em que seja aplicável, o adjudicatário garante o objeto do contrato, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com características, especificações e requisitos técnicos definidos na parte II do presente Caderno de Encargos.

Cláusula 10.ª
Seguro

É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura através de contratos de seguro de acidentes pessoais, de quaisquer riscos de acidentes sofridos pelo seu pessoal ou por terceiros, desde que no contexto de ações no âmbito do contrato.

Cláusula 11.ª
Compromisso ambiental

Na execução do contrato, o adjudicatário pugnará pelas melhores práticas ambientais que possa desempenhar, inerentes ao cumprimento da sua proposta.

Cláusula 12.ª
Dever de sigilo

1. O adjudicatário, bem como os seus trabalhadores e ou colaboradores, estão obrigados ao dever de sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato a celebrar.
2. Considera-se informação confidencial tudo o que não constituir conhecimento científico e, designadamente, toda a informação que resultar, direta ou indiretamente, do acesso de bases de dados fornecidos pela entidade adjudicante, bem como a que constar do arquivo clínico.
3. A informação coberta pelo dever de sigilo não pode ser transmitida a terceiros, nem ser objeto de licenciamento ou qualquer outro uso ou modo de aproveitamento económico, salvo se tal for autorizado expressamente, por escrito, pela entidade adjudicante, exceto quando a revelação dessa informação seja exigida nos termos legais.
4. O adjudicatário, bem como os seus trabalhadores ou colaboradores deverão utilizar a informação considerada confidencial exclusivamente para os fins que figuram no contrato e, no seu termo, devolverão essa informação à entidade adjudicante.
5. O dever de sigilo mantem-se em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos após a cessação do contrato, se prejuízo da sujeição a deveres legais relativos, designadamente, à proteção de direitos de personalidade de pessoas coletivas ou singulares.
6. O adjudicatário só pode transmitir informação confidencial aos seus colaboradores e, em qualquer caso, apenas se ocorrerem, cumulativamente, as seguintes circunstâncias:
    a. Os colaboradores em causa necessitarem de conhecer essa informação, tendo em vista o cumprimento das suas tarefas ao abrigo dos contratos celebrados no âmbito do presente procedimento;
    b. Os colaboradores estiverem informados sobre a natureza confidencial da informação;
    c. Os colaboradores se obrigarem a cumprir o dever de sigilo emergente desta cláusula.

7. O adjudicatário é responsável pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos seus colaboradores, qualquer que seja a natureza jurídica do vínculo, inclusivamente após a cessação deste, independentemente da causa da cessação.
8. O adjudicatário é ainda responsável perante a entidade adjudicante em caso de violação do dever de sigilo pelos terceiros por si subcontratados, bem como por quaisquer colaboradores desses terceiros.

Cláusula 13.ª

Cessão da posição contratual

O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.

Cláusula 14.ª

Sanções

1. Pelo incumprimento das datas e prazos previstos no contrato, designadamente atraso na entrega dos bens ou na prestação do serviço e por causa imputável ao adjudicatário, fica este obrigado, a título de sanção pecuniária, ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: P = V* A/500, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do contrato e A é o número de dias em atraso, sem prejuízo da indemnização pelo dano excedente.
2. O valor acumulado das sanções pecuniárias previstas, não pode exceder 20% do preço contratual, conforme o estabelecido no n.º 2 do artigo 329.º do CCP.
3. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatário, designadamente atraso na prestação, a sanção pecuniária poderá ser reduzida se for parcialmente cumprida a prestação em falta.
4. Se o adjudicatário cumprir integralmente a prestação em falta, a sanção poderá não ser exigida.
5. Quando não tenha sido exigida a prestação de caução, pode a entidade adjudicante proceder à retenção de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, valor que será destinado a garantir a efetivação do pagamento resultante da aplicação da cláusula penal, nas situações em que, de acordo com o previsto no n.º 1, esta deva ser aplicada.

Cláusula 15.ª

Casos fortuitos ou de força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviço, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves (não imputáveis aos próprios), embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo e motins.
3. Não constituem força maior, designadamente:
    a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte em que intervenham;
    b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
    c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
    d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;
    e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
    f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem;
    g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 16.ª

Responsabilidade das partes

Cada uma das Partes deve cumprir pontualmente as obrigações emergentes do Contrato e responde perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento defeituoso dessas obrigações, nos termos deste Caderno de Encargos e da lei, sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte.

Cláusula 17.ª

Revisão de preços

Os preços dos bens objeto do contrato não podem ser sujeitos a aumento de preços, não podendo o adjudicatário, em caso algum, alterar as restantes condições de fornecimento e as características constantes do contrato.

Cláusula 18.ª

Gestor do Contrato

1. Nos termos do artigo 290ª-A do CCP, aquando da outorga do contrato, será incluído no clausulado do mesmo, a designação do Gestor do Contrato nomeado pela entidade adjudicante.
2. O gestor de contrato tem a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato, o qual, detetando desvios, defeitos ou outras anomalias comunica as mesmas em relatório, fundamentando as medidas corretivas que se revelem adequadas.

Cláusula 19.ª

Patentes, licenças e marcas registadas

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido qualquer dos direitos mencionados no parágrafo anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as

despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.

Cláusula 20.ª

Resolução do contrato por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução contratual previstas na lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato a título sancionatório, logo que se verifique o não cumprimento das condições definidas no presente Caderno de Encargos, ou concretamente, quando ocorram quaisquer das seguintes circunstâncias, por razões imputáveis ao adjudicatário:
   a. O fornecimento foi gravemente prejudicado;
   b. O incumprimento, ainda que parcial, da obrigatoriedade de execução do fornecimento (quando houver atraso na entrega dos bens ou falta de reposição do bom funcionamento por período superior a 15 (quinze) dias;
   c. A prática de atos dolosos ou negligentes que alterem o bom fornecimento;
   d. A obstrução à atuação da entidade a quem compete a verificação da execução do fornecimento, quando esta é realizada nos termos do presente Caderno de Encargos e da lei;
   e. Não cumprimento das obrigações assumidas no articulado do presente Caderno de Encargos;
   f. A não entrega, de forma reiterada, dos produtos encomendados dentro dos prazos estabelecidos;

Cláusula 21.ª

Resolução do contrato por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução contratual previstas na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando o pagamento dos bens objeto do presente contrato estejam em dívida há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sendo este direito exercido por via judicial.
2. O direito de resolução do contrato por parte do adjudicatário pode ser exercido mediante declaração enviada à entidade adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo.

Cláusula 22.ª
Foro competente

Para todas as questões emergentes destes serviços, será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

Cláusula 23.ª
Legislação aplicável

Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos e o respetivo Programa do Procedimento, aplicam-se subsidiariamente, as disposições constantes do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, bem como as disposições legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza dos serviços.

Cláusula 24.ª
Amostras

1. Nos termos do artigo 15.º do Programa do Procedimento, **é obrigatória a entrega de amostras na Secção de Logística do Hospital das Forças Armadas – Polo do Porto, para os lotes 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 14**, sendo que as embalagens que contêm os referidos dispositivos médicos deverão ser devidamente identificadas com a identificação do concorrente, à designação e número do procedimento, ao lote e ao código de artigo correspondente.
2. Para os restantes lotes não será obrigatório o envio antecipado de amostra, no entanto, existindo dúvidas na análise da proposta essa amostra será solicitada pela Entidade Adjudicante.

PARTE II
Cláusulas Técnicas

Cláusula 25.ª
Quantidades Estimadas

1. As quantidades estimadas para o presente procedimento são as constantes da tabela infra, sendo as mesmas expressas à unidade.

Lote	Posição	Descrição	Qtd	Preço Base Lote
1	1	Torneira 3 Vias C/ Prolongamento de 25 CM	2 000	1 200,00 €
	2	Torneira 3 Vias	600	
2	1	Adesivo Comum 5CM	120	1 000,00 €
	2	Adesivo Comum 10CM	200	
3	1	Compressa Gaze Estéril 8 camadas 17 Fios 5CMx5CM – pack 10 Un. (ver Grupo 1/Sub-Grupo 1.1 da Cláusula 28ª, Lote 3)	50 000	7 000,00 €
	2	Compressa Gaze Estéril 8 camadas 17 Fios 10CMx10CM – pack 10 Un. (ver Grupo 1/Sub-Grupo 1.1 da Cláusula 28ª, Lote 3)	60 000	
	3	Compressa Gaze Hidr. n/ Estéril 5CMx5CM 8 Camadas 17 fios-CM2 (ver Grupo 1/Sub-Grupo 1.2 da Cláusula 28ª, Lote 3)	90 000	
	4	Compressa Gaze Hidr. n/ Estéril 10CMx10CM 8 Camadas 17 fios-CM2 (ver Grupo 1/Sub-Grupo 1.2 da Cláusula 28ª, Lote 3)	64 000	
	5	Compressa Gaze Hidr. n/ Estéril 20CMx40CM 8 Camadas 17 fios-CM2 (ver Grupo 1/Sub-Grupo 1.2 da Cláusula 28ª, Lote 3)	12 100	

	6	Compressa Gaze Hidr. n/ Estéril 15CMx30CM Normal (ver Grupo 1/Sub-Grupo 1.2 da Cláusula 28ª, Lote 3)	12 000	
	7	Compressa n/ Estéril Almofadada 40CNx60CM – Prancheta (ver Grupo 1/Sub-Grupo 1.2 da Cláusula 28ª, Lote 3)	100	
4	1	Ligadura Cambric 5Mx10CM (ver Grupo 5 da Cláusula 28ª, Lote 4)	200	1 500,00 €
	2	Ligadura Cambric 5Mx15CM (ver Grupo 5 da Cláusula 28ª, Lote 4)	100	
	3	Ligadura de Algodão Natural 15CM (ver Grupo 4 da Cláusula 28ª, Lote 4)	100	
	4	Ligadura de Algodão Natural 20CM (ver Grupo 4 da Cláusula 28ª, Lote 4)	100	
	5	Ligadura de Algodão Sintético 10CM (ver Grupo 4 da Cláusula 28ª, Lote 4)	300	
	6	Ligadura de Algodão Sintético 15CM (ver Grupo 4 da Cláusula 28ª, Lote 4)	400	
	7	Ligadura de Algodão Sintético 20CM (ver Grupo 4 da Cláusula 28ª, Lote 4)	100	
	8	Ligadura Elástica de Crepe 10CM (ver Grupo 1 da Cláusula 28ª, Lote 4)	1 000	
	9	Ligadura Elástica de Crepe 15CM (ver Grupo 1 da Cláusula 28ª, Lote 4)	1 000	
	10	Ligadura Elástica de Crepe 20CM (ver Grupo 1 da Cláusula 28ª, Lote 4)	300	
	11	Ligadura Elástica de Crepe 5CM (ver Grupo 1 da Cláusula 28ª, Lote 4)	200	
	12	Ligadura Elástica de Poliamida 10CM (ver Grupo 2 da Cláusula 28ª, Lote 4)	600	
	13	Ligadura Elástica de Poliamida 15CM (ver Grupo 2 da Cláusula 28ª, Lote 4)	600	
	14	Ligadura Elástica de Poliamida 20CM (ver Grupo 2 da Cláusula 28ª, Lote 4)	300	
	15	Ligadura Elástica de Poliamida 5CM (ver Grupo 2 da Cláusula 28ª, Lote 4)	400	
5	1	Penso Hidrofibras de Carboximetilcelulose Sodica, 5 cm x 5 cm	40	5 500,00 €
	2	Penso Hidrofibras de Carboximetilcelul. Sodica, 10 cm x10 cm	100	
	3	Penso Hidrofibras de Carboximetilcelulose Sodica com prata 5 cm x 5 cm	300	
	4	Penso Hidrofibras de Carboximetilcelulose Sodica com prata 10 cm x 10 cm	300	
	5	Penso Espuma Hidrocelular - Poliuretano com Adesivo com prata 10 cm x10 cm	100	
	6	Penso Espuma Hidrocelular - Poliuretano com Adesivo com prata 12,5 cm x12,5 cm	50	
	7	Penso Espuma Hidrocelular - Poliuretano com Adesivo com prata 17,5 cm x17,5cm	50	
	8	Penso Espuma Hidrocelular - Poliuretano com Rebordo com prata 7,5 cm x7,5 cm	80	
	9	Penso Espuma Hidrocelular - Poliuretano com Rebordo com prata 10 cm x 10 cm	50	
	10	Penso Espuma Hidrocelular - Poliuretano com Rebordo com prata 12,5 cm x 12,5 cm	100	
	11	Penso Espuma Hidrocelular - Poliuretano com Rebordo com prata 17,5 cm x 17,5 cm	40	

	12	Penso Espuma Hidrocelular com Indicador de Mudança Penso 10,3 cm x 10,3 cm	300	
	13	Penso Espuma Hidrocelular com Indicador de Mudança Penso 15,4 cm x 15,4 cm	40	
6	1	Penso p/ Fixação de Cateter Central 10Cmx15CM	1 000	1 000,00 €
	2	Penso p/ Fixação de Cateter Periférico 6x7	2 000	
	3	Penso p/Fixação de Cateter Periférico c/ Corte 7CMx9CM	2 000	
7	1	Penso pós-operatório não impermeável 10CMx15CM	2 000	1 500,00 €
	2	Penso pós-operatório não impermeável 10CMx20CM	600	
	3	Penso pós-operatório não impermeável 10CMx30CM	400	
	4	Penso pós-operatório não impermeável 10CMx9CM	1 500	
	5	Penso pós-operatório não impermeável 5CMx7CM	6 000	
8	1	Cateter para Veia Periférica n.º 16 sem Aletas com sistema de segurança	200	4 500,00 €
	2	Cateter para Veia Periférica n.º 18 sem Aletas com sistema de segurança	200	
	3	Cateter para Veia Periférica n.º 20 sem Aletas com sistema de segurança	6 000	
	4	Cateter para Veia Periférica n.º 22 sem Aletas com sistema de segurança	3 000	
9	1	Saco Recolha de Urina c/ ponto Colheita asséptica 2L	200	1 000,00 €
	2	Saco Recolha de Urina Esterilizado 4L c/ Torneira	80	
10	1	Manápulas	36 000	2 000,00 €
	2	Toalhete Absorvente de Celulose	6000	
11	1	Resguardos Descartáveis 195CMX80CM	2600	5 000,00 €
	2	Resguardos Descartáveis 60CMx60CM	30 000	
12	1	Máscara Respirador de Partículas PFR P2 SL	25 000	12 000,00 €
	2	Máscara cirúrgica tipo II e IIR, com Elástico	100 000	
13	1	Sistema Controlador Débito	600	3 500,00 €
	2	Sistema para administração de soro por gravidade	16 000	
	3	Sistema para administração de soro opaco	200	
14	1	Bata Esterilizada com Reforço – tamanho L	400	16 000,00 €
	2	Bata Esterilizada com Reforço – tamanho XL	300	
	3	Bata Esterilizada Standard – tamanho L	2 000	
	4	Bata Esterilizada Satandard – tamanho XL	7 000	

15	1	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento 3/0 Ag 19mm Crc 3/8 45cm	648	26 000,00 €
	2	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento 3/0 Ag 26mm Taperpoint 1/2 70cm	72	
	3	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento 3/0 Ag 26mm Crc 3/8 70cm	72	
	4	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento 4/0 Ag 26mm Crc 3/8 70cm	288	
	5	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento 4/0 Ag 19mm Crc 3/8 45cm	360	
	6	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento 5/0 Ag 16mm Lanceolada 3/8 45cm	48	
	7	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento Polidioxanona 0 40mm 150cm	72	
	8	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento Polidioxanona 5/0 Crc 3/8c 16mm 45cm	144	
	9	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 0 Ag 40mm Cilind 1/2 Circ 90cm	144	
	10	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 1 AG 31MM Cilind Plus 1/2 CIRC 70CM	180	
	11	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 1 Ag 40mm Tapercut 1/2 Circ 90cm	108	
	12	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 1 Ag 45mm Tapercut 1/2 Circ 75cm	108	
	13	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 1 Ag 31mm Tapercut J 75cm	108	
	14	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 2 Ag 23mm Crc 1/2 Circ 75cm	108	
	15	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 2 Ag 36mm Tapercut 1/2 Circ 50cm	288	
	16	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 2/0 Ag 26mm Cc 3/8 Circ 75cm	120	
	17	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 2/0 Ag 31mm Cilind Plus 1/2 75cm	264	
	18	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 3/0 Ag 16mm Cc 3/8 45cm	182	
	19	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 3/0 Ag 26mm Cilind Plus 1/2 75cm	288	
	20	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 3/0 Ag 26mm Crc 3/8 Circ 75cm	72	
	21	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 3/0 Cilindrica 1/2 22mm	72	
	22	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 4/0 Ag 17mm Taperpoint 3/8 45cm	144	
	23	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 4/0 Ag 19mm Crc 3/8 Circ 45cm	504	
	24	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 4/0 Ag 26mm Cc-Prime 3/8 Circ 75cm	108	
	25	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 4/0 Ag 20mm Taperpoint 1/2 75cm	144	
	26	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento Polidioxanona 4/0 Cilind 3/8c 16mm 45cm	144	
	27	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento Polidioxanona 1Ag 40mm Crb 1/2	72	
	28	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento Polidioxanona 2/0 Ag 31mm Crb ½	72	
	29	Sutura Sintética Absorvível Monofilamento Polidioxanona 3/0 Ag 20mm CC 1/2 70cm	108	

16	1	Sutura Seda 0 Ag 45mm 3/8 Crc 75cm (Preta)	108	2 500,00 €
	2	Sutura Seda 2/0 Ag 26mm 3/8 Crc 45cm (Preta)	36	
	3	Sutura Seda 2/0 Ag 36mm 3/8 Crc-Agulha P 75cm (Preta)	216	
	4	Sutura Seda 3/0 Ag 26mm 3/8 Crc-P 45cm (Preta)	72	
	5	Sutura Seda 3/0 Ag 36mm 3/8 Crc 75cm (Preta)	360	
	6	Sutura Seda 3/0 Lanceolada 3/8 24mm 75 cm (Preta)	468	
	7	Sutura Seda 4/0 Ag 19mm 3/8 Crc 45cm (Preta)	396	
	8	Sutura Seda 1/0 Ag 37mm 3/8 Crc 75cm (Preta)	108	
	9	Sutura Seda 2/0 Ag 55mm RETA 100cm (Preta)	288	
	10	Sutura Seda 4/0 Ag 26mm 3/8 Crc 45cm (Preta)	108	
	11	Sutura Seda 5/0 Ag 16mm 3/8 Crc 75cm (Preta)	36	
17	1	Sutura Sintética N/Absorvivel Barbada 3/0 Ag 26mm Cilindrica ½ 15cm	144	26 000,00 €
	2	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento 7/0 2 Agulhas Cilindrica 3/8c 10mm 75cm	36	
	3	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Poliamida 3/0 Lanceolada 1/2 21mm	588	
	4	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Poliamida 2/0 Ag 26mm Crc 3/8 45cm	288	
	5	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Poliamida 4/0 Ag 19mm Lanceolada 3/8 45cm	108	
	6	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Poliamida 6/0 Ag 11mm crc-prime ½ 45cm	36	
	7	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Poliamida 9/0 Ag 3.5mm Micropoint 3/8 13cm	12	
	8	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Poliamida 10/0 Ag 6.5 mm Espat Micropoint 3/8 30cm	12	
	9	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 3/0 Ag 36mm Cc 3/8 75cm	180	
	10	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 4/0 Ag 19mm Cc 3/8 45cm	576	
	11	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 4/0 Ag 26mm Cc 3/8 45cm	252	
	12	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 5/0 Ag 16mm Cc 3/8 45cm	396	
	13	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 6/0 Ag 11mm Dupl 3/8 60cm	432	
	14	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 0 Ag 36mm TappercutCc 1/2 100cm	108	
	15	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 0 Ag 40mm Crc 1/2 100cm	108	
	16	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 1 Ag 40mm Cilindr 1/2 100cm	72	
	17	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 2/0 Ag 31mm Cilindr 1/2 75cm	180	
	18	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 3/0 Ag 22mm Cilindr 1/2 75cm	72	
	19	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 3/0 Ag 26mm Cc 3/8 40cm	180	

	20	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 5/0 Ag Dupla 17mm Cc 3/8 45cm	72	
	21	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 4/0 Ag Dupla 17mm Cilindr 1/2 90cm	36	
	22	Sutura Sintética N/Absorvível Monofilamento Polipropileno 3/0 Ag Dupla 26mm Cilindr 1/2	12	
	23	Sutura Sintética N/Absorvível Multifilamento Poliéster Polibut 2/0 2xag 26mm 1/2 Cil 90cm	180	
	24	Sutura Sintética N/Absorvível Multifilamento Poliéster Polibut 2/0 Ag 31mm 1/2 Cil Esp 75cm	108	
	25	Sutura Sintética N/Absorvível Multifilamento Poliéster Rev Polibut 5 Ag 55mm 1/2 Fio 75cm	12	
	26	Sutura Sintética N/Absorvível Multifilamento Poliéster Rev Polibut 0Ag 31mm ½ Cilind Fio 75cm	108	
	27	Sutura Sintética N/Absorvível Multifilamento Poliéster Rev Polibut 1 Ag 31mm J Cilind 75cm	108	
18	1	Sutura Sintética Absorção Rápida Multifilamento 3/0 Lanceolada 3/8 24mm	24	2 000,00 €
	2	Sutura Sintética Absorção Rápida Multifilamento 4/0 Ag 16mm Tapercut 3/8 75cm	32	
	3	Sutura Sintética Absorção Rápida Multifilamento 4/0 Ag 17mm Cil 1/2 75cm	36	
	4	Sutura Sintética Absorção Rápida Multifilamento 2/0 Ag 24mm Lanceolada 3/8	108	
	5	Sutura Sintética Absorção Rápida Multifilamento 3/0 Ag 19mm CrC Prime PS2 3/8 75cm	144	
19	1	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 5/0 Ag 11mm Crc 3/8 Circ 45cm	72	2 500,00 €
	2	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 6/0 Ag Dupla Espat 11mm 3/8 45cm	24	
	3	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 2/0 Sem Agulha 150cm	72	
	4	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 3/0 Sem Agulha 12* 45cm	72	
	5	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 3/0 Sem Agulha 150cm	72	
	6	Sutura Sintética Absorvível Multifilamento 4/0 Sem Agulha 150cm	24	

Cláusula 26.ª
Sistema Anti-Picada

1. Para efeitos do presente procedimento e nos termos do Decreto-Lei nº 121/2013 de 22/08/2013, sempre que a posição exige sistema anti-picada ou sistema de segurança, significa que os dispositivos médicos corto-perfurantes definidos nos termos da alínea t) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, utilizados na prestação de cuidados saúde, que podem causar feridas, ferimentos e ou infeções nos trabalhadores, por meio de corte, laceração, perfuração ou picada, sendo considerados como equipamento de trabalho devem incorporar mecanismos de proteção concebidos para o uso seguro dos mesmos.
2. Assim, sempre que na nomenclatura das posições constar "sistema anti-picada", pretende-se um dispositivo médico que cumpra os seguintes requisitos:
   a. Concebido especificamente para a aplicabilidade do DL 121/2013, de 22 de agosto, que ofereça a máxima segurança, com eficácia nos procedimentos com a sua utilização.
   b. Que tenha sistema de segurança passivo ou ativo, com o qual nunca há contacto do utilizador com o corto-perfurante, tornando-o, portanto, totalmente seguro.
   c. Este sistema permite a consequente diminuição de incidentes de riscos de contaminação, o que levará à redução substancial dos custos inerentes.
   d. O dispositivo terá de ter a mesma metodologia e o mesmo nível de visualização e precisão nos procedimentos em que a seringa/agulha comum é usada, não requerendo qualquer adaptação dos profissionais, de modo a conduzir à máxima eficácia.

Cláusula 27.ª
Características gerais comuns

1. Em todos os artigos constantes do presente caderno de encargos, só são admitidos os produtos que contenham as seguintes características:

a. Na Ficha técnica do produto com o qual apresenta proposta tem obrigatoriamente de constar:
   i. Designação comercial do produto;
   ii. Imagem do produto;
   iii. Fabricante;
   iv. Referência do produto;
   v. Características;
   vi. Utilização/aplicação
b. Todos os dispositivos médicos deverão ser fornecidos com embalagem primária com rótulo onde conste a referência e o lote do artigo.

2. A indicação do número de lote e período de validade têm que constar nas embalagens primária e secundária

Cláusula 28.ª

Características específicas dos Lotes

1. Sem prejuízo de outras exigências legais, só são selecionados no presente procedimento, os equipamentos ou dispositivos médicos que:
   a. Cumpram o exigido na descrição de cada lote;
   b. Preencham os requisitos estabelecidos no clausulado anterior.
2. Para além da designação, tamanho e características gerais patentes na descrição dos artigos a concurso só serão selecionados os produtos com as seguintes características:

Lote 1 - Torneira 3 vias

As características das torneiras 3 vias, da embalagem unitária e da rotulagem, deverão estar em conformidade com a legislação sobre a matéria e obedecer ao seguinte em particular:

a) Compatíveis com todo o tipo de fármacos e desinfetantes, que possam danificar outros materiais;

b) Fácil manuseamento de modo a evitar a movimentação ou dobragem dos cateteres ou a desconecção das linhas infusoras, minimizando o risco de flebites;
c) Eliminem o risco de fissuras, evitando a entrada de ar na corrente sanguínea;
d) Sem DEHP;

Lote 2 - Adesivo Comum

Em todos os artigos constantes dos referidos lotes, só são admitidos os produtos que tenham as seguintes características:

a) Adesivo de borracha de óxido de zinco;
b) Permeável ao ar e vapor de água;
c) Cor da pele (beje)
d) Fixação segura e suave para a pele
e) Não extensível;
f) Corte fácil;
g) Remoção atraumática;
h) Embalagem individual, uso único;

Lote 3 - Compressa Gaze

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Grupo 1 - Compressas De Gaze Sem Contraste Rx

- **Sub-grupo 1.1 - Esterilizadas**
  a) Dispositivos estéreis;
  b) Utilizados para cobrir e proteger feridas cirúrgicas e não cirúrgicas e de abrasões e lesões superficiais, para a absorção de fluidos corporais superficiais ou em cirurgia de campo aberto e para a realização de procedimentos de curativos diários no campo clínico.

c) Fabricados em algodão
d) Vêm dobrados no pacote e não contêm qualquer fio de bário que permita o reconhecimento radiográfico durante pesquisas de raios-X
e) De uso único.
f) 8 Camadas e 17 fios/cm²
g) Tolerância máxima permitida nas medidas de 1cm.

- **Sub-grupo 1.2 - Não esterilizadas**
  a) Dispositivos não estéreis;
  b) Utilizados para cobrir e proteger feridas cirúrgicas e não cirúrgicas e de abrasões e lesões superficiais, para a absorção de fluidos corporais superficiais ou em cirurgia de campo aberto e para a realização de procedimentos de curativos diários no campo clínico.
  c) Fabricados em algodão
  d) Vêm dobrados no pacote e não contêm qualquer fio de bário que permita o reconhecimento radiográfico durante pesquisas de raios-X
  e) De uso único.
  f) 8 camadas e 17 fios/cm²
  g) Tolerância máxima permitida nas medidas de 1cm.

Grupo 2 - Compressas De Gaze Esterilizadas Com Contraste Rx

- **Sub-grupo 2.1 – Esterilizadas**
  a) Dispositivos estéreis;
  b) Utilizados para cobrir e proteger feridas cirúrgicas e não cirúrgicas e de abrasões e lesões superficiais, para a absorção de fluidos corporais superficiais ou em cirurgia de campo aberto e para a realização de procedimentos de curativos diários no campo clínico.
  c) Fabricados em algodão
  d) Vêm dobrados no pacote e contêm um fio de bário que permita o reconhecimento radiográfico durante pesquisas de raios-X

e) De uso único.
f) 8 Camadas e 17 fios/cm²
g) Tolerância máxima permitida nas medidas de 1cm.

- **Sub-grupo 2.2 - Não esterilizadas**
  a) Dispositivos não estéreis;
  b) Utilizados para cobrir e proteger feridas cirúrgicas e não cirúrgicas e de abrasões e lesões superficiais, para a absorção de fluidos corporais superficiais ou em cirurgia de campo aberto e para a realização de procedimentos de curativos diários no campo clínico.
  c) Fabricados em algodão
  d) Vêm dobrados no pacote e contêm um fio de bário que permita o reconhecimento radiográfico durante pesquisas de raios-X
  e) De uso único.
  f) 8 camadas e 17 fios/cm²
  g) Tolerância máxima permitida nas medidas de 1cm.

Lote 4 - Ligaduras

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Grupo 1 - Ligaduras elásticas de suporte, não adesivas

Ligaduras elásticas de suporte, não adesivas monoextensíveis de grande extensibilidade, em algodão (crepe);

- Monoextensíveis de grande extensibilidade (crepe): Composição: em algodão e poderá ter uma pequena percentagem de poliuretano/elastano (< 10%); anti-deslizantes e com fios guia laterais.

Grupo 2 - Ligaduras elásticas de suporte, coesivas

Ligaduras elásticas de suporte, coesivas bi-extensíveis de grande extensibilidade, algodão e poliamida

- Bi-extensíveis de grande extensibilidade: Composição: viscose, poliuretano e poliamida; anti-deslizantes.

Grupo 3 -Sistemas e dispositivos de imobilização

Talas de gesso sintético – substrato fibra de vidro – prontas para humedecer e aplicar, com boas propriedades de modelagem, grande resistência após a aplicação, transparentes ao raio-x, permita respiração da pele.

Grupo 4 - Ligaduras de proteção de pele

- Algodão sintético (espuma de poliuretano)
  Dispositivos estéreis ou não estéreis, utilizados para a proteção da pele em caso de serem necessárias ligaduras agressivas (tanto do tipo adesivo como funcional).
  São geralmente feitos em espuma de poliuretano elástica.
  Os dispositivos descritos são de uso único.

- Algodão natural
  Dispositivos estéreis ou não estéreis, utilizados para a proteção da pele em caso de serem necessárias ligaduras agressivas (tanto do tipo adesivo como funcional).
  São geralmente feitos em algodão natural.
  Os dispositivos descritos são de uso único.

Grupo 5 - Ligaduras de suporte, de gaze hidrófila, não elásticas (tipo cambric)
Dispositivos não estéreis, utilizados para a fixação de outros curativos ou para o enfaixamento de superfícies do corpo.
Permitem a transpiração cutânea e são feitos em algodão hidrófilo.
São caracterizados por um título que indica o número de linhas verticais (urdidura) e horizontal (trama) presentes em um centímetro quadrado.
Os dispositivos descritos são de uso único.

Em todos os artigos constantes do presente lote, só são admitidos os produtos que tenham as seguintes características:

a) Composto por material hipoalergénico;
b) Ser isento de partículas tóxicas;
c) Permitir a remoção sem causar traumatismos;
d) Facilidade de manipulação e resistência;
e) Na Ficha técnica do produto com o qual apresenta proposta tem obrigatoriamente de constar:
    i. Imagem do produto;
    ii. Designação comercial do produto;
    iii. Fabricante;
    iv. Referência do produto;
    v. Características
    vi. Utilização/aplicação
f) Todos os produtos deverão ser fornecidos com embalagem primária com rotulo onde conste a referencia e o lote do artigo e deverão ser acompanhados de Folheto Informativo em português,
g) Tolerância máxima permitida nas medidas de 1cm.

Lote 5 - Pensos de ação terapêutica

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

a) Em todos as posições, admite-se a variação até 1 cm ou 1 gr, nas medidas definidas em cada posição.
b) Ser estéril;
c) Isento de látex
d) Composto por material hipoalergénico.
e) Impermeável às bactérias.
f) Permitir as trocas gasosas.
g) Ser isento de partículas tóxicas.

h) Permitir a remoção sem causar traumatismos.
i) Boa capacidade de adesão à pele circundante.
j) Facilidade de manipulação e resistência.
k) Quando aplicável, é obrigatório a informação relativa à concentração de antimicrobianos (prata/iodo).

Posição 1 a 4 – Em todos os artigos constantes destas posições, só são admitidos os produtos que tenham as seguintes características:

a) Compostos por fibras de carboximetilcelulose sódica a 100%;
b) Apresentem um mecanismo de absorção vertical, sendo o exsudado absorvido para o interior da fibra, a qual se transforma num gel criando dessa forma, um ambiente húmido favorável ao processo cicatricial sem, no entanto, macerar a pele circundante à ferida;
c) Capacidade de absorção bastante elevada (cerca de 25 vezes superior ao seu peso);
d) Utilização indicada em feridas muito exsudativas, tais como úlceras de pressão ou vasculares, abrasões e lacerações, incisões, zonas dadoras de enxertos e queimaduras do 1º e 2.º grau;
e) Para as posições 3 e 4, correspondentes a pensos impregnados com prata apenas serão admitidos os produtos:
    1) Que apresentarem um teor mínimo de 0,8mg/cm2 de prata;
    2) Compostos por uma camada central de poliéster e pelo menos duas camadas de malha revestida de prata;
    3) Em que a prata se apresente na forma nanocristalina;
    4) Com indicação de utilização em feridas com perda total ou parcial de tecido e em feridas infestadas;
    5) Requerem um penso secundário, de acordo com o nível exsudativo da ferida.

Posição 5 a 11 – Em todos os artigos constantes destas posições, só são admitidos os produtos que tenham as seguintes características:

a) Compostos por polímero de uretano (poliuretano - PU), constituídos por 3 camadas:
    1) Camada externa hidrofóbica, de poliuretano ou poliéster, semipermeável;
    2) Camada interna de poliuretano absorvente de exsudado com sulfadiazina de prata;
    3) Camada de interface, hidrofílica, não aderente.
b) Com capacidade de absorção moderada a alta, não adesivos e moldáveis;
c) Com indicação de utilização em todos os estádios do processo de cicatrização, em todos os tipos de feridas e diminuição do odor.

Posição 12 a 13 – Em todos os artigos constantes destas posições, só são admitidos os produtos que tenham as seguintes características:

a) Compostos por polímero de uretano (poliuretano - PU), constituídos por 5 camadas;
b) Com indicador da necessidade de mudança de penso;
c) Com formato que permita ser colocado em qualquer parte do corpo.

Lote 6 - Penso para fixação de Cateter

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

a) penso de poliuretano que permita uma boa fixação do cateter,
b) De fácil aplicação;
c) Transparente para uma boa visibilidade do cateter;
d) Permeável ao oxigénio e vapor de agua;
e) Taxa de Transmissão de Vapor de Água (MVTR) superior a 2 200(g/m²/24h);
f) Impermeável à agua e bactérias;

Lote 7 - Penso pós-operatório

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Penso pós-operatório não impermeável

a) Com compressa central muito absorvente;
b) Camada de contato de baixa aderência;
c) Absorção rápida do exsudado;
d) Confortável para a pele sensível.
e) Composição: tecido não tecido suave

Lote 8 - Cateteres

O cateter intravenoso periférico é utilizado para consentir, num breve tempo, a disponibilidade de um acesso venoso. O dispositivo tem como único fim de uso a cateterização intravenosa periférica permitindo a administração contínua ou intermitente de substâncias líquidas ou fármacos assim como a recolha de amostras de sangue. É constituído por uma agulha em aço inox, um cateter em Poliuretano, radio-opaco em todo o seu comprimento, com ou sem válvula de injeção isenta de latex. Pode apresentar aletas para aumentar a estabilização do mesmo no doente.

O cateter intravenoso periférico, deve obedecer às seguintes normas:

- ISO 10555-1:2013 Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 1: General requirements
- ISO 10555-5 Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 5: Over-needle peripheral catheters
- ISO 23908 Sharps injury protection -- Requirements and test methods -- Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling

- ISO 10993-1-3-4-5-6-7-10-11 Biological evaluation of medical devices
- EN ISO 11607-1-2 Packaging for terminally sterilized medical devices
- EN 980:2008 Symbols for use in the labelling of medical devices
- ISO 594-1 Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment -- Part 1: General requirements
- ISO 594-2 Conical fittings with 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment. Lock fittings

O cateter intravenoso periférico, deve obedecer aos seguintes requisitos:

a) Isentos de latex, PVC e DEHP;
b) Cânula em poliuretano, resistente, biocompatível e opaca ao Raio-X;
c) Agulha com triplo aguçamento e corte inverso (back-cut) adicional;
d) Câmara de retorno transparente;
e) Filtro poroso sólido e protetor constituindo uma barreira efetiva ao contacto com o sangue e simultaneamente à contaminação do mesmo pelo ar;
f) Versão com aletas: aletas para fixação e estabilização do cateter;
g) Versão com válvula de injeção: com porta de injeção para um acesso imediato;
h) O cateter intravenoso periférico, deverá dispor de um sistema de segurança que permita a cobertura da totalidade da ponta da agulha assegurando uma proteção efetiva
i) Não deve permitir o contacto com sangue.

Lote 9 - Recolha de Urina

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Saco Recolha de Urina c/ ponto Colheita asséptica 2L

a) Embalado individualmente;
b) Capacidade não inferior a 2L;
c) Válvula anti-retorno;

d) Torneira de despejo;
e) Ponto de recolha de urina assética no tubo - Sem necessidade de utilizar agulha.

Saco Recolha de Urina Esterilizado 4L c/ Torneira

a) Embalado e Esterilizado individualmente;
b) Capacidade não inferior a 4L;
c) Válvula anti-retorno;
d) Torneira de despejo;

Saco Recolha Urina p/ Esvaziamento 2L

a) Embalado individualmente;
b) Capacidade não inferior a 2L;
c) Escala expressa em cm3

Lote 10 - Manápulas e toalhetes

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Manápulas

a) Isolamento Interior que impossibilite o contato com a pele do profissional
b) Uso único;

Toalhete Absorvente de Celulose

a) Resistente e que não se desintegre durante a utilização
b) Capacidade de absorção de líquidos;
c) Composição: Celulose;
d) Descartável e disponível em caixa dispensadora;

Lote 11 - Resguardos descartáveis

As características dos resguardos, da embalagem unitária e da rotulagem, deverão estar em conformidade com a legislação sobre a matéria e obedecer ao seguinte em particular:

a) É dada uma tolerância de +/- 10 cm (dez) nas medidas dos resguardos;
b) Proteção contra a saturação pela humidade;
c) Material exterior antiderrapante, de forma a que não se mova;
d) Área de absorção de acordo com o tamanho definido para o resguardo;
e) Absorção: 2100ml/m^2;
f) Uso único;

Lote 12 - Máscara de proteção individual

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Máscara respirador de partículas FFP2

a) Aparelhos de proteção respiratória – Semimáscara filtrante para proteção contra partículas FFP2, contra agentes biológicos de risco grupo 2;
b) Respiradores conforme a norma EN 149:2001+A1:2009, tipo FFP2;
c) Filtro com uma eficácia de 98% contra bactérias;
d) Baixa resistência à respiração;
e) Ajuste nasal flexível e acolchoado que garanta um bom ajuste facial;
f) Facilidade na colocação e remoção;
g) Sem látex natural

Legislação aplicável / Referenciais Normativos Relevantes
- Regulamento (EU) 2016/425
- Norma EN 149:2001+A1:2009

Máscara cirúrgica tipo II e IIR

a) Devem cumprir a Norma EN 14683;
b) Fabricadas em tecido não tecido;
c) Sem latex;
d) Anti-alérgico;
e) Eficiência de filtragem bacteriana (BFE) ≥ 98%;
f) Camada exterior hidrofóbica (repelente a líquidos);
g) Ajuste de fixação nasal, que impeça a fuga de ar à volta do nariz;
h) Apresentação da marcação CE

Legislação aplicável / Referênciais Normativos Relevantes
- Regulamento (EU) 2017/745
- Diretiva Europeia 93/42/CEE
- Norma EN 14683;

Lote 13 - Sistema controlador de Débito e Sistema de Administração de Soro

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Sistema controlador de Débito com sistema incorporado

a) Sem DEHP
b) Sem latex
c) Com válvula de acesso sem agulha

Sistema de Administração de Soro

a) Com arejador incorporado e filtro 15µ na câmara;
b) Sem agulha;
c) Sem DEHP;

d) Perfurador compatível com todo o tipo de contentores
e) Regulador de fluxo de grande precisão no controle de gotas
f) Sem latex

Lote 14 - Batas Esterilizadas

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

Batas Standard

a) Respeitem os requisitos mínimos, definidos pelas normas internacionais para dispositivos médicos da Classe IIb - Estéril, em utilização em Bloco operatório.
b) Estejam em conformidade com a EN 13795, no âmbito da Diretiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos.
c) Estéreis.
d) Uso único.
e) Tecido não tecido.
f) Design ergonómico para conforto e liberdade de movimento.
g) Permeabilidade no sentido de assegurarem a circulação de ar, calor e vapor de água, permitindo a melhor troca de temperatura do corpo.
h) Resistência à tração.
i) Sempre que a mesma tenha punho este deve ser de elástico ou algodão.
j) Obrigatório indicar qual a cor da bata.
k) Tipo de empacotamento - Isento de libertação de fibras, papel envoltório.

Batas Reforçadas

Além de cumprir as caraterísticas definidas anteriormente para as batas Standard, devem:

a) Dispor de uma barreira cuja função é a proteção contra fluidos e germes e bactérias de modo assegurar a proteção dos profissionais.
b) Destinar-se à utilização em intervenções cirurgias em que haja um nível de fluidos que variam entre o médio e o alto.

Lote 15 - Sutura Absorvível com bactericida

Em todos os artigos pertencentes a este Lote, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

a) Cumprir o exigido na descrição de cada artigo, sendo que é dada uma tolerância de +/- 10 cm (dez) no comprimento da Sutura e +/- 2 mm (dois) no calibre da agulha
b) Agulha resistente à dobragem, que não quebre;
c) O fio deve ser maleável e flexível, facilitando o seu manuseamento, permitindo dar nós seguros com pouca ou nenhuma reação tecidular;
d) O fio não deverá ter memória, quebrar ou entortar com facilidade.
e) Não deve ser cortante e deve ser apresentado em envelope individual
f) Presença de agente bacteriostático, anti-séptico capaz de inibir o desenvolvimento de fungos, vírus e bactérias.
g) Em embalagem individual e estéril;
h) Com validade igual ou superior a 3 anos.

Lote 16, 17, 18 e 19 - Suturas

Em todos os artigos pertencentes a estes Lotes, só são admitidos os produtos que possuam as seguintes características:

a) Cumprir o exigido na descrição de cada artigo, sendo que é dada uma tolerância de +/- 10 cm (dez) no comprimento da Sutura e +/- 2 mm (dois) no calibre da agulha;
b) Agulha resistente à dobragem, que não quebre;
c) O fio deve ser maleável e flexível, facilitando o seu manuseamento, permitindo dar nós seguros com pouca ou nenhuma reação tecidular;
d) O fio não deverá ter memória, quebrar ou entortar com facilidade;
e) Não deve ser cortante e deve ser apresentado em envelope individual;
f) Em embalagem individual e estéril;
g) Com validade igual ou superior a 3 anos.