

CADERNO DE ENCARGOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Capítulo I Disposições gerais

Cláusula 1.^a

Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual a efetivar pelo Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER, no âmbito do procedimento por ajuste direto em função do critério material, para a prestação de serviços de manutenção de equipamentos.

Cláusula 2.^a

Contrato

1- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

- a) Os suprimientos dos erros e das omissões, do Caderno de Encargos, identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
- b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos, se os houver;
- c) O presente Caderno de Encargos;
- d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com

o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.

Cláusula 3.^a

Prazo de vigência do contrato

O contrato diz respeito à prestação dos serviços durante o triénio 2022-2024, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

Cláusula 4.^a

Aspetos submetidos à concorrência

- 1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, apenas o preço unitário, constitui o aspeto submetido à concorrência.
- 2- Sob pena de exclusão, as propostas estão vinculadas ao seguinte parâmetro base:
 - Parâmetro base máximo do preço unitário - corresponde ao estabelecido no Anexo I do presente Caderno de Encargos, e que dele faz parte integrante reproduzido.

Cláusula 5.^a

Subcontratação

O adjudicatário não poderá, por qualquer forma subcontratar terceiras entidades para a realização de tarefas relativas ao objeto do contrato, sem prévio consentimento da entidade adjudicante.

Cláusula 6.^a

Cessão da posição contratual

1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.
2. Para efeitos de autorização do número anterior deve ser apresentado pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento.
3. A entidade adjudicante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

Capítulo II
Disposições gerais
Obrigações contratuais
SECÇÃO I
Obrigações do prestador de serviços
Subsecção I
Disposições gerais

Cláusula 7.^a
Obrigações principais do prestador de serviços

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de serviços, as seguintes obrigações principais:

- a) Obrigação de fornecer à Entidade Contratante, os serviços objeto do fornecimento com as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais previstos nas Cláusulas Técnicas Especiais do Caderno de Encargos e na proposta adjudicada;
- b) Obrigação de garantir e ser responsável pela qualidade dos serviços prestados pelos profissionais por si colocados no desempenho das funções objeto do procedimento;
- c) Obrigação de se responsabilizar por todos os danos causados relativos aos serviços prestados e que resultem da ação ou omissão dos seus profissionais;
- d) Sem prejuízo da responsabilidade sobre danos emergentes e ou causados a terceiros, no caso de o adjudicatário não prestar atempadamente os serviços contratados, obriga-se a indemnizar o Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER, de acordo com as penalizações estabelecidas no presente caderno de encargos.
- e) A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação de serviços, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.

Artigo 8.^a
Garantia de prestação de serviços

1. O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os serviços prestados, bem como o fornecimento dos consumíveis, pelo prazo indicado na sua proposta.

2. O prazo de garantia referido no número anterior conta-se a partir da data de prestação dos serviços e até à sua cessação.
3. São excluídos da garantia, todos os defeitos que notoriamente resultarem de má utilização, de uma utilização abusiva ou de negligência da entidade adjudicante.

Artigo 9.º

Patentes, licenças e marcas registadas

1. Quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas e/ou patentes registadas ou licenças são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.
2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.

Subsecção II

Dever de sigilo

Cláusula 10.ª

Objeto do dever de sigilo

1. O fornecedor deve garantir sigilo sobre todas as informações e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra relativa ao Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destino direta e exclusivamente à execução do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas componentes.

Cláusula 11.^a

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição, subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, de prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

SECÇÃO II

Obrigações da entidade adjudicante

Cláusula 12.^a

Preço contratual

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER deve pagar ao prestador, em 12 prestações mensais, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER, incluindo as despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte e armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Cláusula 13.^a

Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos da (s) cláusula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após vencimento da respetiva obrigação.
2. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

Capítulo III

Penalidades contratuais e resolução

Cláusula 14.^a

Penalidades

1. Sem prejuízo da possibilidade de resolução do contrato nos termos do artigo 333.º do CCP, o contraente público pode, com observância do procedimento previsto no artigo 325.º e no artigo 329.º do CCP aplicar multas em caso de incumprimento culposo das obrigações que sobre o co-contratante impedem. Assim:
 - a) Em caso de não prestação de serviços objeto do presente caderno de encargos, o Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada EPER poderá numa situação de necessidade, recorrer aos meios que julgar mais adequados para suprir a falta, ficando o excesso das despesas a cargo do adjudicatário faltoso.
2. Se o co-contratante não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, o contraente público pode utilizar a caução para o pagamento das mesmas

Cláusula 15.^a

Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos os efeitos não lhe fossem razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte em que intervenham;

- b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupo de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
 - d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;
 - e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem;
 - g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 16^a

Resolução por Parte do Contraente Público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER, pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:
- a)- Atraso, total ou parcial, na conclusão dos serviços objeto do contrato superior a 8 (oito) dias ou declaração escrita do prestador de serviços de que o atraso em determinada entrega excederá esse prazo;
 - b)- Quebra de sigilo e confidencialidade nos termos definidos na cláusula 14^a;
 - c)- Provocação de conflitos com os trabalhadores do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER ou com os seus utentes;

- d)- A prática de atos com dolo ou negligência que prejudiquem o normal funcionamento do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER;
 - e)- A recusa do adjudicatário em conformar a programação dos seus trabalhos com as necessidades e imperativos da atividade hospitalar;
 - f)- Oposição às visitas ou operações de verificação e controle;
 - g)- Quando se verificar que o resultado da prestação não corresponde às características que lhe são atribuídas na proposta apresentada pelo adjudicatário, que para o efeito ficará anexa ao contrato;
 - h)- Cessão da posição contratual, total ou parcial do objeto do presente contrato, sem autorização expressa do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER;
 - i)- Utilização de colaboradores com vínculos não autorizados pela lei laboral, ou que não reúnam as condições profissionais legalmente exigíveis para o efeito;
 - j)- Se ocorrer o início da fase jurisdicional de um processo de falência ou insolvência, ou de um processo com fins análogos, relativamente ao prestador de serviços;
2. A intenção de resolução do contrato deverá ser comunicada ao prestador de serviços, por carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER.

Capítulo IV

Caução e Seguros

Cláusula 17.^a

Execução da caução

1. A caução prestada para o bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do Programa do Procedimentos, pode ser executada total ou parcialmente pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2. A caução a que se refere o número anterior é libertada nos termos do artigo 295.º do CCP.

Cláusula 18.ª

Seguros

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes riscos:
 - a) Profissionais.
2. O Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER poderá, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o prestador de serviços fornecê-lo no prazo de 10 (dez) dias.

Capítulo V

Resolução de Litígios e Disposições finais

Cláusula 19ª

Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulado a competência do tribunal administrativo de círculo de Ponta Delgada, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 20.ª

Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de serem acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes no contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 21.^a
Deveres de Informação

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a co-contratante de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do contrato, de acordo com a boa fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações, bem como do tempo e/ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato.

Cláusula 22.^a
Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 23.^a
Legislação aplicável

Em todo o omissis no presente programa de concurso, observar-se-á o disposto no CCP, no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, e restante legislação aplicável.

PARTE II - CLAÚSULAS TÉCNICAS

Manutenção Integral com peças para equipamentos de infusão

- Mão de obra
- Transporte e deslocações
- 1 visita anual de manutenção preventiva
- Manutenção preventiva e curativa a todos os equipamentos fora do prazo de garantia
- Manutenção preventiva e curativa a todos os equipamentos ainda ao abrigo do prazo de garantia
- Atualização periódica Obrigatória de softwares em CAT
- Calibrações
- Limpeza e desinfeção dos equipamentos
- Recolha de equipamentos
- Ensaios de segurança
- Substituição de peças

Inclui quedas, infiltrações e má utilização ou uso indevido.

Manutenção Integral com peças para equipamentos de laparoscopia (inclui cabeça de câmara)

- Mão de obra
- Transporte e deslocações
- 1 visita anual de manutenção preventiva
- Manutenção preventiva e curativa a todos os equipamentos fora do prazo de garantia
- Manutenção preventiva e curativa a todos os equipamentos ainda ao abrigo do prazo de garantia
- Atualização periódica Obrigatória de softwares em CAT
- Calibrações

- Limpeza e desinfeção dos equipamentos
 - Recolha de equipamentos
 - Ensaaios de segurança
 - Substituição de peças, incluindo cabeça de câmara
- Inclui quedas, infiltrações e má utilização ou uso indevido.

- **Manutenção preventiva** é realizada anualmente e visa essencialmente a redução dos riscos de avarias, a degradação do equipamento e assegurar o seu funcionamento permanente com a necessária eficácia e níveis de segurança exigidos. De forma a prolongar o tempo de vida útil dos equipamentos, em segurança para os utilizadores e pacientes.

- **Manutenção curativa** é realizada sempre que ocorram avarias, tendo como objetivo repor as condições normais de funcionamento.

- **Ensaaios de segurança** são todas as verificações do equipamento, com o objetivo de confirmar o seu estado normal de funcionamento.

As tarefas a realizar ao abrigo da manutenção são:

- Verificação do estado de funcionamento do equipamento e respetivos acessórios;
- Diagnóstico, com realização dos testes de segurança elétrica (manutenção curativa);
- Verificações operacionais – sinais, níveis, alarmes, funções, ajustes de acordo com as recomendações da B. Braun;
- Detecção de avarias e sua reparação;
- Limpeza, desinfeção e beneficiação estrutural dos equipamentos.

As manutenções preventivas são efetuadas em ambiente hospitalar, e deverão cumprir as condições de segurança, salvo exceções assinaladas “Não Conforme”.

Condições da prestação:

- O tempo médio de resposta para reparação de avarias deverá ser 24h, salvo situações de urgência;
- A taxa de disponibilidade deverá de 99%;

- Deverá ser disponibilizado equipamento de substituição, para cumprir com a taxa de disponibilidade;
- O período normal de manutenção é de Segunda a Sexta feira das 8h35-17h30
- Após cada intervenção deverá ser elaborado um relatório técnico;
- Deverá ser colocado um selo no equipamento onde consta o tipo de manutenção, data e assinatura;
- Caso não seja possível a reparação do equipamento no HDES, deverá ser enviado para as instalações da B. Braun;
- Deverá ser disponibilizado equipamento de substituição durante o período de reparação;
- Após reparação, o equipamento deverá ser devolvido ao SIE do HDES, com a respetiva folha de obra.
- A calendarização das intervenções será acordada com o HDES e de acordo com a disponibilidade dos serviços onde os equipamentos se encontram.

Substituição de peças:

A substituição de peças em manutenção preventiva e corretiva deverá estar contemplada na proposta - Manutenção Integral com peças.

Garantia:

A B. Braun deverá garantir o stock de peças para as reparações. As peças utilizadas deverão ter uma garantia de dois anos, salvo em casos de utilização indevida. O prazo de garantia das reparações efetuadas deverá de ser de 6 meses.

Lista de Equipamentos

Equipamentos de Infusão

Modelo	Total de Unidades	Nº de Equipamentos em Garantia
Infusomat FMS	154	-
Infusomat Space	160	9
Perfusor Compact	53	-
Perfusor FM	202	-
Perfusor Space	132	2
SpaceCover Comfort	16	-
SpaceStation	30	-
SpaceStation com SpaceCom	14	-
Total	761	11

Total de Equipamentos para CAT: **761** Equipamentos

Total de Equipamentos em garantia: **11** Equipamentos

Equipamentos para CAT (2022) para efeitos de Preços: **756** Equipamentos

Equipamentos para CAT (2023) para efeitos de Preços: **759** Equipamentos

Equipamentos para CAT (2024) para efeitos de Preços: **761** Equipamentos

Equipamentos de Laparoscopia

Modelo	Total de Equipamentos
Bomba de Irrigação	1
Cabeça de Camara Full HD	1
Eddy Full HD	1
Fonte de Luz	1
Insuflador	1
Monitor Full HD	2
Trolley	1
Unidade de Controlo de Camara CMOS	1
Total	9

1. Deverá ser efetuada a retificação desta listagem, durante a vigência do Contrato de Assistência Técnica (CAT), caso sejam identificadas disparidades.

2. Os restantes equipamentos B. Braun, cujo modelo não conste da tabela acima, e que possam existir no HDES, deverão estar abrangidos pela manutenção preventiva. Caso necessitem de manutenção curativa, e não havendo peças, a B. Braun deverá emitir orçamento com proposta de substituição.

Identificação dos equipamentos

Equipamentos de infusão

Marca	Modelo	Nº série	Garantia
B. Braun	Infusomat fmS	3957	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3958	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3962	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3964	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3967	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3970	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3971	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3973	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3974	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3975	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3977	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3980	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3983	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3985	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3986	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3987	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3989	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3990	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3991	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3992	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3993	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5014	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5018	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5050	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5052	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5057	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5067	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5074	Não
B. Braun	Infusomat fmS	5080	Não
B. Braun	Infusomat fmS	6070	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7034	Não

B. Braun	Infusomat fmS	7038	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7040	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7045	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7046	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7049	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7058	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7059	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7062	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7063	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9227	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9229	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9231	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9232	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9233	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9235	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9236	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9237	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9240	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9243	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9246	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9247	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9250	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9251	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9254	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9255	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9256	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9258	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9260	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9261	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9265	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9267	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9268	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9269	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9270	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9271	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9275	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9276	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183191	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9277	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9278	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9279	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9280	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9282	Não

B. Braun	Infusomat fmS	9283	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9284	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9285	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9287	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9288	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9289	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9290	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9291	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9292	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9293	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9294	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9295	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9296	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9297	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9298	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9301	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9302	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9304	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9307	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9308	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9309	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9310	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9312	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9314	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9316	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9318	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9320	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9321	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9323	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9328	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9330	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9331	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9332	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9333	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9336	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9337	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9338	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9339	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9514	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9515	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9517	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9521	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9522	Não

B. Braun	Infusomat fmS	9524	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9528	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9533	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9539	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9545	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9548	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9554	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9558	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9560	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129861	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129862	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129863	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129867	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129870	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129871	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129872	Não
B. Braun	Infusomat fmS	172272	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183184	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183185	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183187	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183191	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183203	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183204	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183219	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183234	Não
B. Braun	Infusomat fmS	183236	Não
B. Braun	Infusomat fmS	186201	Não
B. Braun	Infusomat fmS	186202	Não
B. Braun	Infusomat fmS	187074	Não
B. Braun	Infusomat fmS	187095	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9264	Não
B. Braun	Infusomat fmS	9263	Não
B. Braun	Infusomat fmS	129860	Não
B. Braun	Infusomat fmS	3984	Não
B. Braun	Infusomat fmS	53475	Não
B. Braun	Infusomat fmS	55469	Não
B. Braun	Infusomat fmS	7056	Não
B. Braun	Infusomat Space	345169	Não
B. Braun	Infusomat Space	71621	Não
B. Braun	Infusomat Space	132479	Não
B. Braun	Infusomat Space	132491	Não
B. Braun	Infusomat Space	132576	Não
B. Braun	Infusomat Space	132578	Não

B. Braun	Infusomat Space	157613	Não
B. Braun	Infusomat Space	157643	Não
B. Braun	Infusomat Space	157644	Não
B. Braun	Infusomat Space	157676	Não
B. Braun	Infusomat Space	157692	Não
B. Braun	Infusomat Space	157710	Não
B. Braun	Infusomat Space	157713	Não
B. Braun	Infusomat Space	157745	Não
B. Braun	Infusomat Space	157746	Não
B. Braun	Infusomat Space	157758	Não
B. Braun	Infusomat Space	157779	Não
B. Braun	Infusomat Space	171098	Não
B. Braun	Infusomat Space	171138	Não
B. Braun	Infusomat Space	171143	Não
B. Braun	Infusomat Space	171151	Não
B. Braun	Infusomat Space	171152	Não
B. Braun	Infusomat Space	171190	Não
B. Braun	Infusomat Space	171228	Não
B. Braun	Infusomat Space	171254	Não
B. Braun	Infusomat Space	171266	Não
B. Braun	Infusomat Space	171269	Não
B. Braun	Infusomat Space	171270	Não
B. Braun	Infusomat Space	171277	Não
B. Braun	Infusomat Space	171300	Não
B. Braun	Infusomat Space	171301	Não
B. Braun	Infusomat Space	171311	Não
B. Braun	Infusomat Space	171325	Não
B. Braun	Infusomat Space	171326	Não
B. Braun	Infusomat Space	171333	Não
B. Braun	Infusomat Space	171334	Não
B. Braun	Infusomat Space	171345	Não
B. Braun	Infusomat Space	342849	Não
B. Braun	Infusomat Space	342850	Não
B. Braun	Infusomat Space	342869	Não
B. Braun	Infusomat Space	342875	Não
B. Braun	Infusomat Space	342889	Não
B. Braun	Infusomat Space	342909	Não
B. Braun	Infusomat Space	342926	Não
B. Braun	Infusomat Space	342936	Não
B. Braun	Infusomat Space	342942	Não
B. Braun	Infusomat Space	342946	Não
B. Braun	Infusomat Space	342967	Não
B. Braun	Infusomat Space	342981	Não

B. Braun	Infusomat Space	345166	Não
B. Braun	Infusomat Space	345195	Não
B. Braun	Infusomat Space	345197	Não
B. Braun	Infusomat Space	345199	Não
B. Braun	Infusomat Space	345203	Não
B. Braun	Infusomat Space	345205	Não
B. Braun	Infusomat Space	345206	Não
B. Braun	Infusomat Space	345207	Não
B. Braun	Infusomat Space	345208	Não
B. Braun	Infusomat Space	345210	Não
B. Braun	Infusomat Space	345211	Não
B. Braun	Infusomat Space	345212	Não
B. Braun	Infusomat Space	345215	Não
B. Braun	Infusomat Space	345216	Não
B. Braun	Infusomat Space	345217	Não
B. Braun	Infusomat Space	345225	Não
B. Braun	Infusomat Space	345235	Não
B. Braun	Infusomat Space	345240	Não
B. Braun	Infusomat Space	345252	Não
B. Braun	Infusomat Space	345255	Não
B. Braun	Infusomat Space	345256	Não
B. Braun	Infusomat Space	345266	Não
B. Braun	Infusomat Space	345267	Não
B. Braun	Infusomat Space	345271	Não
B. Braun	Infusomat Space	345290	Não
B. Braun	Infusomat Space	345292	Não
B. Braun	Infusomat Space	345169	Não
B. Braun	Infusomat Space	345198	Não
B. Braun	Infusomat Space	345201	Não
B. Braun	Infusomat Space	345202	Não
B. Braun	Infusomat Space	345209	Não
B. Braun	Infusomat Space	345213	Não
B. Braun	Infusomat Space	345223	Não
B. Braun	Infusomat Space	345226	Não
B. Braun	Infusomat Space	345228	Não
B. Braun	Infusomat Space	345232	Não
B. Braun	Infusomat Space	345234	Não
B. Braun	Infusomat Space	345236	Não
B. Braun	Infusomat Space	345237	Não
B. Braun	Infusomat Space	345239	Não
B. Braun	Infusomat Space	345241	Não
B. Braun	Infusomat Space	345245	Não
B. Braun	Infusomat Space	345246	Não

B. Braun	Infusomat Space	345254	Não
B. Braun	Infusomat Space	345265	Não
B. Braun	Infusomat Space	345268	Não
B. Braun	Infusomat Space	345272	Não
B. Braun	Infusomat Space	345289	Não
B. Braun	Infusomat Space	345293	Não
B. Braun	Infusomat Space	345294	Não
B. Braun	Infusomat Space	315503	Não
B. Braun	Infusomat Space	339939	Não
B. Braun	Infusomat Space	342811	Não
B. Braun	Infusomat Space	342812	Não
B. Braun	Infusomat Space	342828	Não
B. Braun	Infusomat Space	342830	Não
B. Braun	Infusomat Space	342870	Não
B. Braun	Infusomat Space	342871	Não
B. Braun	Infusomat Space	342872	Não
B. Braun	Infusomat Space	342891	Não
B. Braun	Infusomat Space	342900	Não
B. Braun	Infusomat Space	342908	Não
B. Braun	Infusomat Space	342939	Não
B. Braun	Infusomat Space	342940	Não
B. Braun	Infusomat Space	342947	Não
B. Braun	Infusomat Space	342955	Não
B. Braun	Infusomat Space	342968	Não
B. Braun	Infusomat Space	342969	Não
B. Braun	Infusomat Space	342970	Não
B. Braun	Infusomat Space	342977	Não
B. Braun	Infusomat Space	360658	Não
B. Braun	Infusomat Space	360661	Não
B. Braun	Infusomat Space	360674	Não
B. Braun	Infusomat Space	360721	Não
B. Braun	Infusomat Space	367856	Não
B. Braun	Infusomat Space	387573	Não
B. Braun	Infusomat Space	387673	Não
B. Braun	Infusomat Space	392713	Não
B. Braun	Infusomat Space	545141	Não
B. Braun	Infusomat Space	392722	Não
B. Braun	Infusomat Space	392831	Não
B. Braun	Infusomat Space	401781	Não
B. Braun	Infusomat Space	401782	Não
B. Braun	Infusomat Space	401822	Não
B. Braun	Infusomat Space	401823	Não
B. Braun	Infusomat Space	405297	Não

B. Braun	Infusomat Space	405299	Não
B. Braun	Infusomat Space	405407	Não
B. Braun	Infusomat Space	405419	Não
B. Braun	Infusomat Space	405464	Não
B. Braun	Infusomat Space	434311	Não
B. Braun	Infusomat Space	434401	Não
B. Braun	Infusomat Space	451175	Não
B. Braun	Infusomat Space	451265	Não
B. Braun	Infusomat Space	469483	Não
B. Braun	Infusomat Space	469545	Não
B. Braun	Infusomat Space	482930	Não
B. Braun	Infusomat Space	495308	Não
B. Braun	Infusomat Space	495315	Não
B. Braun	Infusomat Space	513049	Não
B. Braun	Infusomat Space	539085	Não
B. Braun	Infusomat Space	716398	Garantia termina a 19/11/2022
B. Braun	Infusomat Space	716366	Garantia termina a 19/11/2022
B. Braun	Infusomat Space	716359	Garantia termina a 19/11/2022
B. Braun	Infusomat Space	716516	Garantia termina a 19/11/2022
B. Braun	Infusomat Space	735831	Garantia termina a 26/01/2023
B. Braun	Infusomat Space	735698	Garantia termina a 26/01/2023
B. Braun	Infusomat Space	779734	Garantia termina a 27/07/2023
B. Braun	Infusomat Space	785017	Garantia termina a 30/12/2023
B. Braun	Infusomat Space	785041	Garantia termina a 30/12/2023
B. Braun	Infusomat Space	157675	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24097	Não
B. Braun	Perfusor Compact	5315	Não
B. Braun	Perfusor Compact	5317	Não
B. Braun	Perfusor Compact	1640	Não
B. Braun	Perfusor Compact	5362	Não
B. Braun	Perfusor Compact	15452	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18297	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18325	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18361	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18382	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18384	Não

B. Braun	Perfusor Compact	18393	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18407	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18408	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18413	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18417	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18418	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18432	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18438	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18471	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18480	Não
B. Braun	Perfusor Compact	18493	Não
B. Braun	Perfusor Compact	23727	Não
B. Braun	Perfusor Compact	23913	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24062	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24074	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24092	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24092	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24095	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24101	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24113	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24114	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24115	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24119	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24121	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24123	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24128	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24133	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24137	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24140	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24144	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24147	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24149	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24151	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24152	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24153	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24172	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24180	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24182	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24236	Não
B. Braun	Perfusor Compact	24240	Não
B. Braun	Perfusor Compact	25043	Não
B. Braun	Perfusor Compact	220588	Não
B. Braun	Perfusor fm	32910	Não

B. Braun	Perfusor fm	43654	Não
B. Braun	Perfusor fm	44043	Não
B. Braun	Perfusor fm	44208	Não
B. Braun	Perfusor fm	44242	Não
B. Braun	Perfusor fm	25166	Não
B. Braun	Perfusor fm	25167	Não
B. Braun	Perfusor fm	25172	Não
B. Braun	Perfusor fm	25173	Não
B. Braun	Perfusor fm	25180	Não
B. Braun	Perfusor fm	42668	Não
B. Braun	Perfusor fm	42675	Não
B. Braun	Perfusor fm	42679	Não
B. Braun	Perfusor fm	42681	Não
B. Braun	Perfusor fm	42725	Não
B. Braun	Perfusor fm	42727	Não
B. Braun	Perfusor fm	42739	Não
B. Braun	Perfusor fm	42744	Não
B. Braun	Perfusor fm	42746	Não
B. Braun	Perfusor fm	42750	Não
B. Braun	Perfusor fm	42751	Não
B. Braun	Perfusor fm	42755	Não
B. Braun	Perfusor fm	42758	Não
B. Braun	Perfusor fm	42760	Não
B. Braun	Perfusor fm	42761	Não
B. Braun	Perfusor fm	42765	Não
B. Braun	Perfusor fm	42766	Não
B. Braun	Perfusor fm	42767	Não
B. Braun	Perfusor fm	42769	Não
B. Braun	Perfusor fm	42770	Não
B. Braun	Perfusor fm	42771	Não
B. Braun	Perfusor fm	42772	Não
B. Braun	Perfusor fm	42774	Não
B. Braun	Perfusor fm	43586	Não
B. Braun	Perfusor fm	43587	Não
B. Braun	Perfusor fm	43588	Não
B. Braun	Perfusor fm	43589	Não
B. Braun	Perfusor fm	43590	Não
B. Braun	Perfusor fm	43591	Não
B. Braun	Perfusor fm	43592	Não
B. Braun	Perfusor fm	43593	Não
B. Braun	Perfusor fm	43594	Não
B. Braun	Perfusor fm	43595	Não
B. Braun	Perfusor fm	43597	Não

B. Braun	Perfusor fm	43598	Não
B. Braun	Perfusor fm	43599	Não
B. Braun	Perfusor fm	43600	Não
B. Braun	Perfusor fm	43601	Não
B. Braun	Perfusor fm	43602	Não
B. Braun	Perfusor fm	43603	Não
B. Braun	Perfusor fm	43604	Não
B. Braun	Perfusor fm	43605	Não
B. Braun	Perfusor fm	43606	Não
B. Braun	Perfusor fm	43607	Não
B. Braun	Perfusor fm	43608	Não
B. Braun	Perfusor fm	43610	Não
B. Braun	Perfusor fm	43611	Não
B. Braun	Perfusor fm	43612	Não
B. Braun	Perfusor fm	43613	Não
B. Braun	Perfusor fm	43614	Não
B. Braun	Perfusor fm	43615	Não
B. Braun	Perfusor fm	43618	Não
B. Braun	Perfusor fm	43619	Não
B. Braun	Perfusor fm	43620	Não
B. Braun	Perfusor fm	43621	Não
B. Braun	Perfusor fm	43622	Não
B. Braun	Perfusor fm	43623	Não
B. Braun	Perfusor fm	43624	Não
B. Braun	Perfusor fm	43625	Não
B. Braun	Perfusor fm	43626	Não
B. Braun	Perfusor fm	43627	Não
B. Braun	Perfusor fm	43628	Não
B. Braun	Perfusor fm	43629	Não
B. Braun	Perfusor fm	43630	Não
B. Braun	Perfusor fm	43632	Não
B. Braun	Perfusor fm	43633	Não
B. Braun	Perfusor fm	43634	Não
B. Braun	Perfusor fm	43635	Não
B. Braun	Perfusor fm	43636	Não
B. Braun	Perfusor fm	43637	Não
B. Braun	Perfusor fm	43638	Não
B. Braun	Perfusor fm	43639	Não
B. Braun	Perfusor fm	43640	Não
B. Braun	Perfusor fm	43643	Não
B. Braun	Perfusor fm	43644	Não
B. Braun	Perfusor fm	43645	Não
B. Braun	Perfusor fm	43647	Não

B. Braun	Perfusor fm	43648	Não
B. Braun	Perfusor fm	43649	Não
B. Braun	Perfusor fm	43651	Não
B. Braun	Perfusor fm	43652	Não
B. Braun	Perfusor fm	43653	Não
B. Braun	Perfusor fm	43656	Não
B. Braun	Perfusor fm	43657	Não
B. Braun	Perfusor fm	43659	Não
B. Braun	Perfusor fm	43660	Não
B. Braun	Perfusor fm	43661	Não
B. Braun	Perfusor fm	43662	Não
B. Braun	Perfusor fm	43663	Não
B. Braun	Perfusor fm	43664	Não
B. Braun	Perfusor fm	43665	Não
B. Braun	Perfusor fm	43666	Não
B. Braun	Perfusor fm	43667	Não
B. Braun	Perfusor fm	43668	Não
B. Braun	Perfusor fm	43669	Não
B. Braun	Perfusor fm	43671	Não
B. Braun	Perfusor fm	43672	Não
B. Braun	Perfusor fm	43673	Não
B. Braun	Perfusor fm	43674	Não
B. Braun	Perfusor fm	43675	Não
B. Braun	Perfusor fm	43676	Não
B. Braun	Perfusor fm	43677	Não
B. Braun	Perfusor fm	43678	Não
B. Braun	Perfusor fm	43679	Não
B. Braun	Perfusor fm	43680	Não
B. Braun	Perfusor fm	43681	Não
B. Braun	Perfusor fm	43682	Não
B. Braun	Perfusor fm	43684	Não
B. Braun	Perfusor fm	43685	Não
B. Braun	Perfusor fm	43686	Não
B. Braun	Perfusor fm	43687	Não
B. Braun	Perfusor fm	43689	Não
B. Braun	Perfusor fm	43690	Não
B. Braun	Perfusor fm	43691	Não
B. Braun	Perfusor fm	43695	Não
B. Braun	Perfusor fm	43696	Não
B. Braun	Perfusor fm	43697	Não
B. Braun	Perfusor fm	43698	Não
B. Braun	Perfusor fm	43699	Não
B. Braun	Perfusor fm	43700	Não

B. Braun	Perfusor fm	43701	Não
B. Braun	Perfusor fm	43702	Não
B. Braun	Perfusor fm	43705	Não
B. Braun	Perfusor fm	43706	Não
B. Braun	Perfusor fm	43708	Não
B. Braun	Perfusor fm	43709	Não
B. Braun	Perfusor fm	43710	Não
B. Braun	Perfusor fm	43712	Não
B. Braun	Perfusor fm	43713	Não
B. Braun	Perfusor fm	43714	Não
B. Braun	Perfusor fm	44006	Não
B. Braun	Perfusor fm	44007	Não
B. Braun	Perfusor fm	44008	Não
B. Braun	Perfusor fm	44009	Não
B. Braun	Perfusor fm	44010	Não
B. Braun	Perfusor fm	44011	Não
B. Braun	Perfusor fm	44012	Não
B. Braun	Perfusor fm	44013	Não
B. Braun	Perfusor fm	44014	Não
B. Braun	Perfusor fm	44015	Não
B. Braun	Perfusor fm	44019	Não
B. Braun	Perfusor fm	44020	Não
B. Braun	Perfusor fm	44021	Não
B. Braun	Perfusor fm	44022	Não
B. Braun	Perfusor fm	44023	Não
B. Braun	Perfusor fm	44024	Não
B. Braun	Perfusor fm	44025	Não
B. Braun	Perfusor fm	44026	Não
B. Braun	Perfusor fm	44027	Não
B. Braun	Perfusor fm	44028	Não
B. Braun	Perfusor fm	44029	Não
B. Braun	Perfusor fm	44030	Não
B. Braun	Perfusor fm	44031	Não
B. Braun	Perfusor fm	44032	Não
B. Braun	Perfusor fm	44035	Não
B. Braun	Perfusor fm	44037	Não
B. Braun	Perfusor fm	44039	Não
B. Braun	Perfusor fm	44041	Não
B. Braun	Perfusor fm	44042	Não
B. Braun	Perfusor fm	44045	Não
B. Braun	Perfusor fm	44046	Não
B. Braun	Perfusor fm	44047	Não
B. Braun	Perfusor fm	44050	Não

B. Braun	Perfusor fm	44052	Não
B. Braun	Perfusor fm	44055	Não
B. Braun	Perfusor fm	44058	Não
B. Braun	Perfusor fm	44060	Não
B. Braun	Perfusor fm	44063	Não
B. Braun	Perfusor fm	44065	Não
B. Braun	Perfusor fm	44186	Não
B. Braun	Perfusor fm	44187	Não
B. Braun	Perfusor fm	44189	Não
B. Braun	Perfusor fm	44191	Não
B. Braun	Perfusor fm	44192	Não
B. Braun	Perfusor fm	44194	Não
B. Braun	Perfusor fm	44196	Não
B. Braun	Perfusor fm	44198	Não
B. Braun	Perfusor fm	44200	Não
B. Braun	Perfusor fm	44201	Não
B. Braun	Perfusor fm	44203	Não
B. Braun	Perfusor fm	44211	Não
B. Braun	Perfusor fm	44216	Não
B. Braun	Perfusor fm	44223	Não
B. Braun	Perfusor fm	44224	Não
B. Braun	Perfusor fm	44225	Não
B. Braun	Perfusor fm	44227	Não
B. Braun	Perfusor fm	44228	Não
B. Braun	Perfusor fm	44231	Não
B. Braun	Perfusor fm	71621	Não
B. Braun	Perfusor fm	42768	Não
B. Braun	Perfusor fm	43646	Não
B. Braun	Perfusor fm	43655	Não
B. Braun	Perfusor Space	92734	Não
B. Braun	Perfusor Space	92735	Não
B. Braun	Perfusor Space	92737	Não
B. Braun	Perfusor Space	92740	Não
B. Braun	Perfusor Space	92741	Não
B. Braun	Perfusor Space	92743	Não
B. Braun	Perfusor Space	92744	Não
B. Braun	Perfusor Space	92752	Não
B. Braun	Perfusor Space	135893	Não
B. Braun	Perfusor Space	135906	Não
B. Braun	Perfusor Space	135910	Não
B. Braun	Perfusor Space	135915	Não
B. Braun	Perfusor Space	135916	Não
B. Braun	Perfusor Space	135917	Não

B. Braun	Perfusor Space	135919	Não
B. Braun	Perfusor Space	135928	Não
B. Braun	Perfusor Space	136064	Não
B. Braun	Perfusor Space	159704	Não
B. Braun	Perfusor Space	159723	Não
B. Braun	Perfusor Space	159822	Não
B. Braun	Perfusor Space	159827	Não
B. Braun	Perfusor Space	159858	Não
B. Braun	Perfusor Space	159859	Não
B. Braun	Perfusor Space	159860	Não
B. Braun	Perfusor Space	159863	Não
B. Braun	Perfusor Space	159873	Não
B. Braun	Perfusor Space	159875	Não
B. Braun	Perfusor Space	159879	Não
B. Braun	Perfusor Space	159882	Não
B. Braun	Perfusor Space	159883	Não
B. Braun	Perfusor Space	159899	Não
B. Braun	Perfusor Space	159900	Não
B. Braun	Perfusor Space	159901	Não
B. Braun	Perfusor Space	159903	Não
B. Braun	Perfusor Space	159906	Não
B. Braun	Perfusor Space	159917	Não
B. Braun	Perfusor Space	159926	Não
B. Braun	Perfusor Space	159929	Não
B. Braun	Perfusor Space	159936	Não
B. Braun	Perfusor Space	159945	Não
B. Braun	Perfusor Space	159958	Não
B. Braun	Perfusor Space	159959	Não
B. Braun	Perfusor Space	159962	Não
B. Braun	Perfusor Space	159970	Não
B. Braun	Perfusor Space	291293	Não
B. Braun	Perfusor Space	291309	Não
B. Braun	Perfusor Space	291324	Não
B. Braun	Perfusor Space	291393	Não
B. Braun	Perfusor Space	291394	Não
B. Braun	Perfusor Space	291396	Não
B. Braun	Perfusor Space	291412	Não
B. Braun	Perfusor Space	291437	Não
B. Braun	Perfusor Space	291442	Não
B. Braun	Perfusor Space	291447	Não
B. Braun	Perfusor Space	291457	Não
B. Braun	Perfusor Space	291459	Não
B. Braun	Perfusor Space	291656	Não

B. Braun	Perfusor Space	291657	Não
B. Braun	Perfusor Space	291661	Não
B. Braun	Perfusor Space	291666	Não
B. Braun	Perfusor Space	291669	Não
B. Braun	Perfusor Space	291672	Não
B. Braun	Perfusor Space	291686	Não
B. Braun	Perfusor Space	291687	Não
B. Braun	Perfusor Space	291695	Não
B. Braun	Perfusor Space	291697	Não
B. Braun	Perfusor Space	291703	Não
B. Braun	Perfusor Space	291708	Não
B. Braun	Perfusor Space	291713	Não
B. Braun	Perfusor Space	291719	Não
B. Braun	Perfusor Space	291721	Não
B. Braun	Perfusor Space	291722	Não
B. Braun	Perfusor Space	291723	Não
B. Braun	Perfusor Space	291726	Não
B. Braun	Perfusor Space	291732	Não
B. Braun	Perfusor Space	291736	Não
B. Braun	Perfusor Space	291740	Não
B. Braun	Perfusor Space	291741	Não
B. Braun	Perfusor Space	291745	Não
B. Braun	Perfusor Space	291746	Não
B. Braun	Perfusor Space	291747	Não
B. Braun	Perfusor Space	291748	Não
B. Braun	Perfusor Space	291750	Não
B. Braun	Perfusor Space	291751	Não
B. Braun	Perfusor Space	291761	Não
B. Braun	Perfusor Space	291765	Não
B. Braun	Perfusor Space	291770	Não
B. Braun	Perfusor Space	291779	Não
B. Braun	Perfusor Space	311195	Não
B. Braun	Perfusor Space	311205	Não
B. Braun	Perfusor Space	313175	Não
B. Braun	Perfusor Space	313191	Não
B. Braun	Perfusor Space	313195	Não
B. Braun	Perfusor Space	313215	Não
B. Braun	Perfusor Space	313238	Não
B. Braun	Perfusor Space	313241	Não
B. Braun	Perfusor Space	313297	Não
B. Braun	Perfusor Space	313308	Não
B. Braun	Perfusor Space	313319	Não
B. Braun	Perfusor Space	313341	Não

B. Braun	Perfusor Space	327608	Não
B. Braun	Perfusor Space	327629	Não
B. Braun	Perfusor Space	327655	Não
B. Braun	Perfusor Space	327681	Não
B. Braun	Perfusor Space	327686	Não
B. Braun	Perfusor Space	327690	Não
B. Braun	Perfusor Space	327693	Não
B. Braun	Perfusor Space	327704	Não
B. Braun	Perfusor Space	327709	Não
B. Braun	Perfusor Space	327715	Não
B. Braun	Perfusor Space	336994	Não
B. Braun	Perfusor Space	337034	Não
B. Braun	Perfusor Space	339721	Não
B. Braun	Perfusor Space	339796	Não
B. Braun	Perfusor Space	339801	Não
B. Braun	Perfusor Space	343664	Não
B. Braun	Perfusor Space	365285	Não
B. Braun	Perfusor Space	365317	Não
B. Braun	Perfusor Space	365323	Não
B. Braun	Perfusor Space	365348	Não
B. Braun	Perfusor Space	410231	Não
B. Braun	Perfusor Space	411107	Não
B. Braun	Perfusor Space	418106	Não
B. Braun	Perfusor Space	418116	Não
B. Braun	Perfusor Space	418129	Não
B. Braun	Perfusor Space	418134	Não
B. Braun	Perfusor Space	418150	Não
B. Braun	Perfusor Space	435484	Não
B. Braun	Perfusor Space	435495	Não
B. Braun	Perfusor Space	506994	Garantia termina a 29/01/2022
B. Braun	Perfusor Space	508782	Garantia termina a 14/02/2022
B. Braun	Perfusor Space	471927	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	30216	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	30217	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	30229	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	30233	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	30234	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	30250	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52607	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52608	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52609	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52610	Não

B. Braun	SpaceCover Comfort	52611	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52612	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52613	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52614	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52615	Não
B. Braun	SpaceCover Comfort	52616	Não
B. Braun	SpaceStation	44744	Não
B. Braun	SpaceStation	44745	Não
B. Braun	SpaceStation	44754	Não
B. Braun	SpaceStation	44756	Não
B. Braun	SpaceStation	44757	Não
B. Braun	SpaceStation	44759	Não
B. Braun	SpaceStation	73019	Não
B. Braun	SpaceStation	73021	Não
B. Braun	SpaceStation	73034	Não
B. Braun	SpaceStation	73037	Não
B. Braun	SpaceStation	73039	Não
B. Braun	SpaceStation	73040	Não
B. Braun	SpaceStation	73041	Não
B. Braun	SpaceStation	73042	Não
B. Braun	SpaceStation	73043	Não
B. Braun	SpaceStation	73044	Não
B. Braun	SpaceStation	76232	Não
B. Braun	SpaceStation	76233	Não
B. Braun	SpaceStation	80332	Não
B. Braun	SpaceStation	81314	Não
B. Braun	SpaceStation	81722	Não
B. Braun	SpaceStation	81724	Não
B. Braun	SpaceStation	81525	Não
B. Braun	SpaceStation	81526	Não
B. Braun	SpaceStation	81537	Não
B. Braun	SpaceStation	81538	Não
B. Braun	SpaceStation	81539	Não
B. Braun	SpaceStation	81542	Não
B. Braun	SpaceStation	81543	Não
B. Braun	SpaceStation	81544	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	11720	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	11721	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	11722	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	11723	Não

B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	11724	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	11761	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28110	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28729	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28730	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28731	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28732	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28733	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28734	Não
B. Braun	SpaceStation com SpaceCom	28737	Não

Equipamentos de laparoscopia

Marca	Modelo	Descrição	Nº Série
Aesculap	PV472	Cabeça de Camera CMOS	816522
Aesculap	PV470	Camera Full HD CMOS (CCU)	811639
Aesculap	PG150	Flow50 - Insuflador CO2	1712CE420
Aesculap	OP940	Fonte de Luz LED	740183
Aesculap	PV840	Gravador Imagem EDDY Full HD	1367
Aesculap	PV959	Monitor 2D 26" FullHD	17-278329
Aesculap	PV959	Monitor 2D 26" FullHD	17-278346
Aesculap	PG145	MultiFlow Plus	1708CE0532
Aesculap	PV881	Trolley	1674