ANEXO VII - Lote 3	Responder	Dados	Página do catálogo/proposta
1. **Impressora de lâminas de vidro (4 unidades)** com as seguintes características mínimas:			
1.1. Impressão de lâminas de vidro para identificação;			
1.2. Impressão "*on demand*" com reconhecimento do código de barras da cassete respectiva;			
1.3. Impressão com resolução mínima de 300dpi;			
1.1. Identificação com código de barras (1D ou 2D);			
1.2. Impressão a preto de pelo menos 9 lâminas/minuto;			
1.3. Com carregador de lâminas para 1 carregador de pelo menos 50 lâminas;			
1.4. Com estação de saída para pelo menos 10 lâminas;			
1.5. Integração com o sistema de gestão laboratorial PAT-Win utilizado no Serviço, comercializado pela empresa Daedalus, se aplicável;			
1.6. Conectividade por USB, LAN ou *Ethernet* ;			
1.7. A impressão tem de ser resistente a solventes orgânicos;			
1.8. Deverá ser apresentado o custo do equipamento e o custo de consumo unitário, com os consumíveis necessários (incluindo lâminas), discriminados para a impressão anual de 55000 lâminas para apreciação das propostas.			
2. Garantia e manutenção			
2.1. Deverá ter garantia de pelo menos 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 (uma) manutenção anual), manutenção corretiva com todo o tipo de peças (inclusive filtros, baterias, borrachas e restante material/peças de desgaste).			
3. Instalação			
3.1. Deverá ser instalado no serviço.			
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados.			
4. Formação			
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal clínico, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento – deverá estar também garantido a formação do procedimento de limpeza, desinfeção e esterilização do mesmo.			
4.2. Formação inicial e técnica para os técnicos de electromedicina. Para deteção de avarias e respetivo diagnostico.			
5. Remoção dos resíduos da instalação			
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.			

Critérios	**Dados a preencher**	**Dados**	**Página do catálogo/proposta**	**Pontual parcial**	**Pontuação percentagem**
Preço base: 67 163,47€ (sem IVA) - 50% - colocar valor sem IVA					
a. Carregador de lâminas					
b. Estação de saída de lâminas					
c. Tipo de impressão					
Fator caraterísticas técnicas - 25%				0	0%
Fator garantia - 25%					
Total pontuação					**0%**