ANEXO IV				
Fator 2 - Características técnicas dos equipamentos e testes/reagentes				
Subfactores		**PONTUAÇÃO (Máximo total: 50 pontos)**	**Evidência na proposta (indicar o (s) da página**	**Pontuação obtida**
Número de reagentes para contagem de células, diferencial leucocitário, contagem de eritroblastos, análise de reticulócitos e limpeza diária	≤ a 5	10		
	>a 6	0		
Software específico para análise de líquidos biológicos (LCR, pleural, ascítico), aprovado por organismo internacional, com contagem total de células nucleadas, contagem diferencial de células mononucleadas e polimorfonucleadas (em percentagem e valor absoluto) e contagem de eritrócitos	Sim	5		
	Não	0		
Linearidade mínima de plaquetas (10 3/ µL)	3,0 - 3000	2,5		
	Não cumpre com os intervalos de linearidade mínima acima referidos	0		
Linearidade mínima de leucócitos (10 3/ µL)	0,005 - 400	2,5		
	Não cumpre com os intervalos de linearidade mínima acima referidos	0		
Linearidade mínima de RBC (10 6/ µL)	0,005 – 8.50	2,5		
	Não cumpre com os intervalos de linearidade mínima acima referidos	0		
Possibilidade de substituição do diluente sem necessidade de paragem, sem nenhuma interrupção no processo de análise das amostras e sem recurso a instrumentos externos aos equipamentos hematológicos.	Sim	10		
	Não	0		
Possibilidade de programação (dia e hora) de arranque (start up e shut down) automático.	Sim	7,5		
	Não	0		

Contagens celulares automáticas, por método de impedância, e em câmaras separadas, em triplicado para leucócitos, eritrócitos e plaquetas.	Sim	10		
	Não	0		