

## Núcleo de Equipamentos e Eletromedicina

### Memória Descritiva – Lote 2

Serve a presente Memória Descritiva para a apresentação de propostas para o fornecimento de uma cama articulada elétrica para um utente, com nº de utente xxxxxx092, do SESARAM, EPERAM.

**1. 1 (uma) unidade - Cama articulada elétrica para uso doméstico com as seguintes características:**

- 1.1. Deverá ser adaptável a qualquer tipo de ambiente interior e confortável quer na posição deitada como na posição sentada;
- 1.2. Deverá possuir grades laterais rebatíveis;
- 1.3. Deverá possuir 4 rodízios com travão ou sistema de travagem central;
- 1.4. Deverá possuir funções elétricas de elevação do encosto, articulação dos joelhos, elevação em altura do estrado;
- 1.5. Deverá ser constituída por 4 seções;
- 1.6. Deverá possuir um comando;
- 1.7. Dimensões aproximadas:
  - 1.7.1. Largura interior: 800 - 1000 mm;
  - 1.7.2. Comprimento interior: 1900 - 2200 mm;
- 1.8. Deverá possuir colchão em espuma visco-elástico:
  - 1.8.1. Forrado a tela bielástica, removível;
  - 1.8.2. Ignifugável, sem látex, anti-estática, anti-fundos, anti-bacteriana e anti-escaras;
  - 1.8.3. Dimensões adequadas à cama;
- 1.9. Deverá ser fornecido trapézio;
- 1.10. Deverá suportar pelo menos, 100 kg;
- 1.11. Cor faia ou outra a definir posteriormente;
- 1.12. Fonte de alimentação 220 V a 50-60 Hz.

## 2. Garantia

- 2.1. Deverá ter garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico.

## Núcleo de Equipamentos e Eletromedicina

### **3. Instalação**

- 3.1. Deverá ser instalado em local a indicar, na casa do utente.

### **4. Remoção dos resíduos da instalação**

- 4.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.

Nota: Nos termos do n.º 9, do artigo 49º, do Código dos Contratos Públicos, todas as referências a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nesta peça processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção "tipo ou equivalente".